



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Název veřejné zakázky:

Defibrilátory

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 6. 4. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

V Příloze č. 2 Technické podmínky část A (Defibrilátor s monitorem I typ) požadujete: *měření minimálně 6ti svodového EKG, SpO2, **respirace**, analýza arytmií, detekce pulzů kardiostimulátoru.*

Nabízíme defibrilátor s měřením 6svodového EKG, SpO2, analýzou arytmií a detekcí pulsů. Splníme nabídkou takového defibrilátoru Vámi požadovanou technickou specifikaci?

Odpověď

Zadavatel upozorňuje, že odpověď na tento dotaz uveřejnil ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 4. 4. 2022.

Dotaz č. 2

V Příloze č. 2 Technické podmínky část A (Defibrilátor s monitorem I typ) požadujete: *napájení přístroje ze sítě 230 V a záložní baterie, která je součástí přístroje*

Nabízíme nový typ defibrilátoru se **zabudovanou dobíjitelnou baterií**. Na monitoru defibrilátoru se zobrazuje stav nabití baterie v procentech, zbývající doba provozu v hodinách a minutách a také počet výbojů s max. energií, které je možné ještě dodat. Baterie má kapacitu na 8 hodin provozu nebo 250 výbojů s maximální energií. Splníme nabídkou takového defibrilátoru Vámi požadovanou technickou specifikaci?

Odpověď

Zadavatel upozorňuje, že odpověď na tento dotaz uveřejnil ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 4. 4. 2022.

Dotaz č. 3

V Příloze č. 2 Technické podmínky část A (Defibrilátor s monitorem II typ) požadujete: *kapacita baterie min. 200 výbojů při 270 J*



Nabízíme defibrilátor, který je nabíjen dvěma nezávislými bateriemi. Každou baterii lze kdykoli vyměnit za novou, plně nabitou. Kapacitu jedné baterie výrobce uvádí na 100 výbojů s energií 150 Joule, nebo 4,5 hodin monitorování. Splníme požadovanou technickou specifikaci, když nabídneme defibrilátor se třemi bateriemi, tj. celkovou kapacitou 300 výbojů s energií 150 Joule, resp. 13,5 hodin monitorování?

Odpověď

Zadavatel upozorňuje, že odpověď na tento dotaz uveřejnil ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 4. 4. 2022.

Dotaz č. 4

V Příloze č. 2 Technické podmínky část A (Defibrilátor s monitorem II typ) požadujete: *měření srdeční frekvence s minimálním rozsahem 20 až 300 BPM a rozlišením 1BPM*

Nabízíme defibrilátor s měřením srdeční frekvence v rozsahu 15 – 300 BPM s rozlišením 2 BPM. Splníme nabídkou takového defibrilátoru Vámi požadovanou technickou specifikaci?

Odpověď

Zadavatel upozorňuje, že odpověď na tento dotaz uveřejnil ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 4. 4. 2022.

Dotaz č. 5

V Příloze č. 2 Technické podmínky část A (Automatický defibrilátor) požadujete: *automatické nastavení velikosti výboje*

Prosíme o vysvětlení tohoto požadavku. Jak a dle jakých parametrů má defibrilátor automaticky nastavovat velikost výboje?

Odpověď

Zadavatel upozorňuje, že odpověď na tento dotaz uveřejnil ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 4. 4. 2022.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.