

Příloha č. 6

Specifikace předmětu plnění – rukavice vyšetřovací pro jednorázové použití, nitrilové, nesterilní, bez pudru

Účel použití: vyšetřovací rukavice pro jednorázové použití, vhodné pro běžné použití jako první volba pro bariérovou ochranu ve zdravotnictví

Požadované normy:

- rukavice musí odpovídat nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích
- rukavice musí splňovat normy ČSN EN 455 - ČSN EN 455-1, ČSN EN 455-2, ČSN EN 455-3, ČSN EN 455-4
- nepropustnost dle normy ČSN EN 455-1 AQL $\leq 1,5$
- síla přetržení dle normy ČSN EN 455-2 ≥ 6 N
- minimální skladovatelnost 12 měsíců
- nařízení (EU) o osobních ochranných prostředcích PPE 2016/425
- ČSN EN ISO 21420:2021, ČSN EN ISO 374-1:2016

Splnění výše uvedených norem a technických vlastností nabízeného předmětu doloží účastník veřejné zakázky prohlášením o shodě, technickými listy, popř. jinými obdobnými doklady.

Požadované vlastnosti:

- vyrobené z nitrilu
- bez pudru
- nesterilní
- pravolevé
- nepropustné
- vysoce elastické, pevné, s rolovaným lemem, s dotekovou citlivostí
- umožňující dobrý úchop
- s rukavicemi musí být snadná manipulace při navlékání – nasazení celistvé rukavice, nesmí být spleené, daná velikost těsně přiléhající na ruku dle této velikosti
- délka rukavice minimálně 240 mm
- velikost S, M, L, XL

Balení:

- obsah balení rukavic: 100 kusů, 10 balení v kartónu
- na balení musí být uvedeny piktogramy v souladu s uvedenými normami