



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Název veřejné zakázky:

Infuzní technika

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 14. 4. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje 108 ks infuzních pump na běžné infuzní sety bez silikonového pumpovaného segmentu z důvodu časté výměny infuzí, jak je uvedeno v Příloze č. 2 ZD Technické podmínky, v části A) Technické parametry.

Použití běžných setů bez silikonového pumpovacího segmentu s sebou přináší mnoho nevýhod, jsou to tyto:

- neobsahuje bezpečnostní prvky (hrozí volné vytečení tekutiny do pacienta při neočekávaném vyjmutí setu z pumpy, hrozí možnost vložení setu opačným směrem),
- nepřesnost monitorování okluzního tlaku (kvůli použití méně kvalitního materiálu),
- prodražení ceny spotřebního materiálu (běžné sety od pumpy k pacientovi neposkytují dostatečnou délku a je tedy zapotřebí k nim dokupovat prodlužovací hadičky).

Péče o pacienty na intenzivních lůžkách klade velké fyzické a psychické nároky na personál a bezpečnostní prvky na infuzních setech by tak eliminovaly možné chyby v infuzní léčbě. Zadavatel udává obavu z navýšení ceny spotřebního materiálu z důvodu vyšší potřeby nákupu setů při jejich časté výměně. Z dlouhodobé praxe intenzivní a resuscitační péče, je známo a očekává se péče o takovéto pacienty minimálně 3 dny a déle, z tohoto důvodu, pokud nabízí uchazeč zadavateli infuzní pumpu garantující přesnost setu až 96 hodin, lze předpokládat při použití takovýchto pump a jejich bezpečnostních setů naopak jako ekonomicky výhodnější, a to i s vědomím, že by zadavatel využíval této možnosti ne ve 100%. Tento požadavek považuje uchazeč za diskriminační z důvodů dlouholetého využívání našeho řešení infuzní techniky na odděleních JIP a ARO v NPK, tedy na stejných odděleních, kam nyní infuzní pumpy pořizuje a kde si může zadavatel mylnou domněnku navýšených nákladů na provoz ověřit.

Bude zadavatel akceptovat infuzní pumpu uchazeče na běžné infuzní sety s bezpečnostními prvky a se silikonovým pumpovým segmentem, čímž by si zadavatel zajistil možnost získat další případnou/ekonomicky výhodnější nabídku od jiného uchazeče?



Odpověď

Zadavatel i nadále požaduje běžné infuzní sety bez silikonového pumpovaného segmentu pro použití po dobu 24 hodin.

Dotaz č. 2

Zadavatel uvádí v příloze č. 1 KS na dodávky spotřebního materiálu – Dílčí specifikace ceny, že pro 108 ks infuzních pump na běžné infuzní sety předpokládá na deset let spotřebu infuzních setů 459 900 kusů.

Při použití běžného setu bez silikonového pumpovacího segmentu je vzhledem k použitému materiálu infuzního setu nutná jeho výměna nejdéle jednou za 24 hodin, tedy zadavatel správně předpokládá spotřebu 365 kusů infuzních setů na jednu pumpu za rok. Uchazeč však nabízí zadavateli pumpu pro použití bezpečnostních setů se silikonovým pumpovým segmentem, kde garantuje využitelnost setu až 96 hodin, což umožňuje výměnu infuzního setu jednou za 3 až 4 dny. Délka tohoto setu je 280 cm a odpadá tedy nutnost napojování dalšího spotřebního materiálu (prodlužovací hadička, čtvereček, dezinfekce, stříkačka, proplach aj.), který zadavatel spotřebovává při denní výměně univerzálního setu.

Bude zadavatel akceptovat v kalkulaci infuzních setů uchazeče (na běžné infuzní sety s bezpečnostními prvky a se silikonovým pumpovým segmentem), který nabídne množství setů např. 153 300 kusů, dostačujících pro využití 108 pump na 10 let použití?

Odpověď

Zadavatel i nadále požaduje běžné infuzní sety pro použití po dobu 24 hodin.

Zadavatel sděluje, že připravuje úpravu zadávacích podmínek pro otevřenou hospodářskou soutěž, aby neznevýhodňovaly nebo nediskriminovaly žádného dodavatele. Upravená technická specifikace bude uveřejněna v nejbližším možném termínu včetně prodloužení lhůty min. o celou původní délku.

Zadavatel z důvodu neuveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace do 3 pracovních dnů od doručení žádosti prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění vysvětlení 3 pracovní dny.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 5. 5. 2022 do 10:00 hodin.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.