



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
(dále jen také „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	Svítlidla
Druh zadávacího řízení:	otevřené řízení
Režim veřejné zakázky:	nadlimitní
Předmět veřejné zakázky:	dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 27520536

V Pardubicích dne 21. 4. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

V souvislosti s předmětnou zakázkou tímto žádáme o upřesnění zadávací dokumentace:

1) V technických parametrech pro operační svítidlo se 2 zdroji - 11 ks a operační svítidlo s 1 zdrojem - 1 ks zadavatel požaduje index podání červené barvy R9 97.
Jedná se o hodnotu pouze jedné červené barvy z mnoha dalších barev. Pokud celková hodnota, tedy Ra dosahuje hodnoty 95. Hodnota barvy R9 není rozeznatelná ani nijak nezlepšuje kvalitu osvětlení. Také není oficiálně stanovena hodnota tohoto konkrétního indexu. Zásíláme dokument s oficiálním vysvětlením efektu indexu R9 na vnímání barev.
Světla, která dodáváme, mají hodnotu R9 85. Bude akceptováno takové řešení?

Odpověď

Zadavatel akceptuje hodnotu indexu podání červené barvy Ra $\geq$ 85

Dotaz č. 2

2) Zadavatel požaduje resterilizovatelné rukojeti s počtem resterilizačních cyklů 1000.
Naše rukojeti umožňují 350 cyklů. Bude tedy možné tento požadavek splnit dodáním odpovídajícího počtu rukojetí?

Odpověď

Zadavatel akceptuje, že počet resterilizačních cyklů bude min. 1.000 (deklarováno výrobcem v manuálu) nebo dodání odpovídajícího množství rukojetí, aby byla podmínka splněna.



Dotaz č. 3

3) Zadavatel požaduje Full HD kameru ve svítidle s pracovní vzdáleností od 10 mm do 1200 mm, tzn. 120x zoom?

Naše zařízení disponuje zoomem 60x. Zoom v našem zařízení je ale kombinací optického a elektronického zoomu. Optický zoom je důležitý pro kvalitu obrazu. Samotná hodnota elektronického zoomu nezaručuje lepší kvalitu. Vyšší elektronický zoom snižuje kvalitu obrazu.

Bude zadavatel akceptovat popisované řešení?

Odpověď

Zadavatel akceptuje nabízené řešení.

Dotaz č. 4

4) U skupin svítidel stropní vyšetřovací svítidlo typ 1, nástěnné svítidlo a mobilní vyšetřovací svítidlo zadavatel požaduje svítivost 65000 lx. Bude zadavatel akceptovat svítivost 60 000 lx? Kdy u měření svítivosti je vždy třeba počítat s tolerancí až 10%, číslo uvedené výrobcem je vždy v tolerančním rozhraní.

Odpověď

Zadavatel akceptuje svítivost 60 000 lx.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 23. 5. 2022 do 10:00 hodin.

Příloha: OPRAVA_3 Příloha č. 2 ZD – Technické podmínky

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.