



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Skioskopicko skiagrafický RTG přístroj
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO:	27520536
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, předseda představenstva Ing. Hynek Rais, MHA, místopředseda představenstva

V Praze dne 22.04.2022

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

"RTG primární automatická a manuální čtvercová clona se světelným znázorněním nastaveného pole technologií LED v závislosti na zvoleném formátu detektoru, laserový lokalizátor, tři přídavné filtry ekvivalent (o velikosti min. 0,2 mm Cu, s motorickým manuálním i automatickým nastavením podle orgánové automatiky a minimálně 3 polopropustné klínové otočné filtry pro skioskopická vyšetření, digitální zobrazení rozměrů pole vyclonění, AL + Cu filtrace a SID" Bude zadavatel akceptovat výše uvedený parametr bez 3 polopropustných klínových otočných filtrů, tak aby zadavatel mohl uvažovat alespoň 2 o obdržení dvou nabídek, jedná se o unikátní řešení daného přístroje.

Odpověď:

Zadavatel navrhované řešení dodavatele akceptuje.

Dotaz č. 2

V technické specifikaci zadavatel nespecifikuje parametry pohybu plovoucí desky vyšetřovacího stolu. Můžeme nabídnout více variant vyšetřovacích stolů s rozdílnými parametry a rozdílnou cenou, přičemž levnější varianta dle našeho názoru nebude vhodná pro zamýšlené spektrum vyšetření na tomto pracovišti. Může zadavatel blíže specifikovat tyto hodnoty nebo jen potvrdit, zda požaduje pohyby desky laterálně min. 30 cm a podélně min. 120 cm pro vyšší třídu vyšetřovacího stolu?



Odpověď:

Zadavatel upřesňuje, že parametry pohybu plovoucí desky vyšetřovacího stolu jsou stanoveny v příloze č.2 Zadávací dokumentace. Zadavatel tedy nebude již blíže specifikovat nastavené hodnoty vyšetřovacího stolu.

Dotaz č. 3

Zadavatel požaduje u vertikálního stativu "Možnost umístění centra nad podlahu do výšky max. 35 cm". Bude zadavatel požadovat vzhledem k výšce stropu ve vyšetřovně rozsah vertikálního pohybu stropního závěsu min. 175 cm pro toto pokrytí?

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje, že parametry vertikálního pohybu stropního závěsu jsou stanoveny v příloze č.2 Zadávací dokumentace. Zadavatel tedy nebude požadovat změnu nastavené hodnoty stropního závěsu.

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

ZADAVATEL TÍMTO VYSVĚTLENÍM PRODLOUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK. KONEC LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK JE NOVĚ STANOVEN NA 27.05.2022 NA 10:00.

S pozdravem,

.....
Mgr. Kateřina Kolářková



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OP



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE