



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Název veřejné zakázky:

EKG, EKG holter a přístroj na ohřev pacienta

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 27. 4. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Žádáme Vás o vysvětlení zadávací dokumentace k části 3 Přístroj na ohřev pacienta - viz níže:

Dotaz č. 1

- Možnost připojení min. 4 příkrývek a matrací zároveň

Různí výrobci nabízí různou konstrukci a využívají různé technologie při splnění stejného medicínského účelu. Tazatelem nabízený přístroj na ohřev pacienta je používán ke spokojenosti zákazníků na předních pracovištích v České republice a disponuje dvěma kanály pro současné připojení 2 příkrývek/matrací, což zcela pokrývá potřebu ohřevu pacienta.

Dotaz č.1: Bude zadavatel akceptovat přístroj na ohřev pacienta s možností připojení 2 příkrývek/matrací zároveň?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče.

Dotaz č. 2

- Hmotnost max. 1 500 g

V současné době jsou na trhu různí výrobci, kteří se v některých parametrech drobně liší, avšak při zachování medicínského účelu a komfortu použití. Hmotnost je právě jedním z parametrů, kde se hodnoty mohou lišit, avšak bez přímé úměry na komfort obsluhy.

Dotaz č. 2: Bude zadavatel akceptovat nabídku na přístroj s hmotností vyšší než 1 500 g, avšak s madlem pro snadnou manipulaci a možností připevnění na eurolištu/stojan?

Odpověď



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 30. 5. 2022 do 09:00 hodin.

Příloha:

OPRAVA Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky, část 3.docx

Oddělení veřejných zakázek

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.