

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

**PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA DODÁVKY
ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM NADLIMITNÍM ŘÍZENÍ S NÁZVEM**

Angiografické přístroje

ZADAVATEL

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

Identifikační údaje zadavatele		
Zadavatel	Název	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
	Právní forma	akciová společnost
	Sídlo	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
	Zapsána	Dne 25. 7. 2007 do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B, vložce číslo 2629
	IČO	27520536
	DIČ	CZ27520536
	Bankovní spojení	280123725/0300
Zastoupený	MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva	
ID datové schránky	eiefkcs	
Administrace veřejné zakázky	Kontaktní údaje	Oddělení veřejných zakázek
	E-mail	verejne.zakazky@nempk.cz
Profil zadavatele	https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html	

Základní údaje o zakázce	
Název zakázky	Angiografické přístroje
Druh zadávacího řízení	Otevřené řízení
Režim zakázky	Nadlimitní
Druh zakázky	Dodávky
Adresa profilu zadavatele, kde je zpřístupněna zadávací dokumentace a ostatní informace pro dodavatele	https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html
Způsob podání nabídek	Podání nabídek je možné pouze a výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

PREAMBULE

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro zpracování a podání nabídek k veřejné zakázce a spolu se všemi svými přílohami představuje soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele.

Podáním nabídky do tohoto zadávacího řízení přijímá a akceptuje dodavatel plně a bez výhrad zadávací podmínky.

Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh je uveřejněna na profilu zadavatele, který umožňuje neomezený dálkový přístup a na kterém zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty k této veřejné zakázce.

1 Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky dle CPV

Název

Angiografické přístroje

CPV kód

33111720-4

2 Předmět plnění veřejné zakázky

2.1 Popis předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou angiografických přístrojů pro Pardubickou nemocnici v souladu s medicínským účelem a s technickými podmínkami a ostatními požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci a dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 této zadávací dokumentace – Technické podmínky, kde jsou uvedeny podrobné požadavky na technické řešení veřejné zakázky.

Jedná se o dodávku nového, nerepasovaného, nepoužitého plně funkčního a kompletního zdravotnického přístroje včetně příslušenství či technologií v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím včetně odborné montáže, instalace, uvedení do plného provozu a včetně instruktáže personálu.

Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje u obou přístrojů pozáruční FULL servis po dobu 8 let po skončení záruční doby.

Plnění předmětu veřejné zakázky zahrnuje:

- zajištění dopravy všech položek dodávky do místa plnění,
- montáž a instalaci všech položek dodávky v místě plnění (ustavení, sestavení a propojení položek dodávky, napojení na zdroje či místní rozvody, je-li funkce položek dodávky podmíněna takovým připojením),
- uvedení všech položek dodávky do plného provozu,
- provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu,
- doložení atestů, certifikátů apod., disponuje-li výrobce těmito doklady; úplný seznam dokladů, které budou doloženy v rámci dodávky předmětu plnění, je uvedený v příloze č. 3 Závazný návrh kupní smlouvy,
- likvidaci obalů a odpadu souvisejících s dodávkou a instalací předmětu plnění,
- pozáruční FULL servis po dobu 8 let od skončení záruční doby.

Veškeré činnosti ve vztahu k dodávce musí být prováděny v souladu s platnými právními předpisy ČR a technickými a jinými normami, vztahujícími se na předmět veřejné zakázky z hlediska jeho charakteru a způsobu užití.

Pokud tato technická specifikace obsahuje požadavky nebo přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak je možné nabídnout i jiné, rovnocenné řešení, což zadavatel explicitně uvádí u každého takového odkazu. Zadavatel rovněž uvádí, že v případě, že se v dokumentaci objevují odkazy na normy nebo technické dokumenty umožňuje zadavatel možnost nabídnout rovnocenné řešení.

2.2 Záruka za jakost

Předmět plnění zakázky dále zahrnuje záruku za jakost. Záruka za jakost spočívá v tom, že dodané zdravotnické vybavení, jakož i jeho veškeré části a jednotlivé komponenty včetně příslušenství, budou po celou záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo si zachovají obvyklé vlastnosti.

Zadavatel požaduje **záruční dobu v délce minimálně 24 měsíců ode dne úplného a řádného dodání předmětu plnění**. Záruční servis, opravy a odstranění závad po dobu záruky za jakost bude poskytován bezplatně. Veškeré závazné požadavky na záruku za jakost jsou uvedeny v příloze č. 3 Závazný návrh kupní smlouvy.

2.3 Rozdělení veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka není rozdělena na části.

2.4 Položky veřejné zakázky

Název položky	Počet kusů	Místo plnění
Angiografický přístroj I	1	Pardubická nemocnice, centrální urgentní příjem (CUP)
Angiografický přístroj II	1	

2.5 Minimální technické požadavky

Podrobný popis a bližší technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v technické specifikaci v příloze č. 2 zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje, aby byl součástí nabídky popis nezbytných technických požadavků na instalaci a montáž ve vztahu k umístění přístrojového vybavení formou technologického projektu:

- Technické parametry přístrojového vybavení (vše, co je pro montáž a provoz přístrojového vybavení nezbytné, např. rozměrový náčrtek obsahující informace pro montáž apod. zejména:
 - Požadavky na montážní otvor
 - Hmotnost přístrojového vybavení, požadavky na základovou desku, podlahové kanály apod.
 - Požadavky na rozměry prostoru pro instalaci (světla výška a ostatní důležité rozměry)
 - Požadavky na příkony a napojení
 - Požadavky na silový přívod, množství vyzářeného tepla jednotlivými přístroji a ovládacími skříněmi a požadavky na výměnu a vlhkost vzduchu pro návrh vzduchotechniky a chlazení.

3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem je **64 000 000,- Kč bez DPH**, z toho činí:

Předpokládaná hodnota angiografického přístroje I je 20 000 000,- Kč bez DPH, předpokládaná hodnota Angiografický přístroj II je 20 000 000,- Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota FULL servisu obou přístrojů za období 8 let je 24 000 000,- Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky ve výši 64 000 000,- Kč bez DPH je hodnotou maximální a nepřekročitelnou. V případě, že účastník nabídne vyšší nabídkovou cenu, bude ze zadávacího řízení vyloučen z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Předpokládaná hodnota byla stanovena dle § 16 zákona.

4 Místo a doba plnění veřejné zakázky

4.1 Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění předmětu veřejné zakázky je pracoviště zadavatele Nemocnice Pardubického kraje, a. s.:
Pardubická nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice, budova centrálního urgentního příjmu

Dodavatel je povinen dodat předmět plnění do místa plnění stanoveného zadavatelem.

4.2 Doba plnění veřejné zakázky

Předpokládané zahájení plnění veřejné zakázky:

Angiografické přístroje budou dodány do místa plnění na výzvu zadavatele. **Písemná výzva bude zadavatelem zaslána vybranému dodavateli (prodávajícímu) elektronickou poštou na kontaktní e-mail prodávajícího uvedený v záhlaví smlouvy.**

Předpokládané ukončení plnění veřejné zakázky:

Termín ukončení plnění je nejpozději do 16 týdnů ode dne výzvy zadavatele k zahájení plnění.

Předpokládaný termín dodání přístrojů na centrální urgentní příjem je 2. polovina roku 2023.

Poskytování pozáručního FULL servisu: **po dobu 8 let po skončení záručního servisu**

5 Prohlídka místa plnění

Z důvodu rozestavěnosti budovy centrálního urgentního příjmu nebude zadavatel realizovat prohlídku místa plnění.

6 Komunikace –vysvětlení zadávací dokumentace, způsob podání nabídek

6.1 Elektronická komunikace, vysvětlení zadávací dokumentace

Veškeré úkony v zadávacím řízení a veškerá komunikace, včetně žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace probíhají elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, datové schránky a e-mailu (ID datové schránky zadavatele: eiefkcs; kontaktní e-mailová adresa: verejne.zakazky@nempk.cz).

V případě, že si dodavatel stáhne zadávací dokumentaci z profilu zadavatele, je jeho povinností pravidelně profil zadavatele sledovat pro případné nové informace, které zde mohou být uveřejněny.

6.2 Způsob podání nabídek

Dodavatel může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku. Zadavatel stanovil pouze elektronickou formu podání nabídek. Nabídky se podávají prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html) vložení elektronické podoby nabídky přes odkaz „Poslat nabídku“ na kartě této veřejné zakázky.

Účastník zadávacího řízení je povinen provést **registraci v elektronickém nástroji.**

Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK včetně informací o používání elektronického podpisu jsou dostupné na: <https://zakazky.pardubickykraj.cz/manual.html>

V případě dotazů týkajících se technického nastavení je možné kontaktovat provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak.cz.

7 Lhůta pro podání nabídek a požadavky na zpracování nabídky

7.1 Lhůta pro podání nabídek

Nabídky se podávají nejpozději do 27. 5. 2022 do 10:00 hod.

Otevírání nabídek probíhá bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

7.2 Požadavky na zpracování nabídky

Obsah nabídky a doporučené členění nabídky

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje účastníka zadávacího řízení, zejména: obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, osoba oprávněná jednat jménem účastníka, příp. osoba oprávněná zastupovat účastníka, kontaktní údaje.

Zadavatel požaduje, aby nabídka byla zpracována v **českém jazyce (včetně překladu certifikátů, technických listů apod.)**.

Nabídka musí obsahovat vyplněný návrh smlouvy, který tvoří přílohu této zadávací dokumentace.

Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis účastníka zadávacího řízení, musejí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem nebo za účastníka; v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie jejího zmocnění doložena v nabídce.

Doporučené členění nabídky:

- a) **Titulní strana** - název veřejné zakázky, identifikační údaje účastníka zadávacího řízení.
- b) **Všeobecné údaje o účastníkovi**
- c) **Krycí list nabídky** - v krycím listu, jehož vzor je přílohou č. 1 zadávací dokumentace, budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a účastníka (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nabídková cena v Kč bez DPH, sazba DPH (v %), výše DPH (v Kč), cena celkem v Kč včetně DPH dle uvedeného rozpisu, datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka.
- d) **Doklady prokazující splnění kvalifikace** ve struktuře uvedené v čl. 10 této zadávací dokumentace.
- e) **Závazný návrh smlouvy** předložený zadavatelem v příloze této zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje, aby byl součástí nabídky závazný návrh smlouvy včetně doplněné přílohy č. 1 Dílčí specifikace ceny. Závazný návrh smlouvy musí být účastníkem plně akceptován a doplněn pouze ve vyznačených místech. Kromě vyznačených míst nesmí účastník návrh smlouvy měnit ani doplňovat.
- f) **Závazný návrh smlouvy o poskytování pozáručního servisu** předložený zadavatelem v příloze této zadávací dokumentace. Závazný návrh smlouvy musí být účastníkem plně akceptován a doplněn pouze ve vyznačených místech. Kromě vyznačených míst nesmí účastník návrh smlouvy měnit ani doplňovat.
- g) **Nabídka musí obsahovat technickou specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Účastník vyplní požadované údaje do přílohy č. 2 Technické podmínky a vyplněnou přílohu vloží do nabídky.**
- h) **Příloha č. 8 Informace pro zadavatele – účastník vyplní přílohu č. 8 a vloží do nabídky. Uvedené údaje nemají vliv na nabídkovou cenu, resp. hodnotící kritéria a nebudou předmětem hodnocení a posouzení nabídek.**
- i) Pokud podává nabídku více účastníků společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto účastníky při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.

8 Zadávací lhůta

Zadavatel nestanovuje zadávací lhůtu.

9 Variantní nabídky

Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.

10 Kvalifikace dodavatelů

V souladu s ust. § 86 odst. 2 zákona může dodavatel v nabídce nahradit předložení dokladů o kvalifikaci čestným prohlášením.

10.1 Kvalifikace

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže splnění:

- a) základní způsobilosti dle ust. § 74 ZZVZ,
- b) profesní způsobilosti dle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ.

10.2 Základní způsobilost

Způsobilým není dodavatel, který:

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Způsob prokázání základní způsobilosti

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti předložením:

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k bodu 10.1 písm. a) zadávací dokumentace. Je-li dodavatelem právnická osoba, výpis z evidence Rejstříku trestů doloží tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, výpis z evidence Rejstříku trestů doloží:

- tato právnická osoba
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k bodu 10.1 písm. b) zadávací dokumentace,

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k bodu 10.1 písm. b) zadávací dokumentace,

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k bodu 10.1 písm. c) zadávací dokumentace,

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k bodu 10.1 písm. d) zadávací dokumentace,

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k bodu 10.1 písm. e) zadávací dokumentace.

Doklady prokazující základní způsobilost nesmí být starší 3 měsíců ke dni zahájení zadávacího řízení.

10.3 Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník, který předloží dle ust. § 77 odst. 1 zákona ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 3 měsíců před zahájením zadávacího řízení.

Doklady prokazující profesní způsobilost nesmí být starší 3 měsíců ke dni zahájení zadávacího řízení.

10.4 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpis ze seznamu certifikovaných dodavatelů, jednotné evropské osvědčení

Dodavatel může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 228 zákona, který nahrazuje doklad prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a doklad prokazující profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Dodavatel je oprávněn prokázat splnění způsobilosti a kvalifikace předložením certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů dle § 234 zákona.

Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady pro prokázání způsobilosti a kvalifikace jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona.

10.5 Prokázání splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob

V případě, že dodavatel bude prokazovat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob, předloží dodavatel zadavateli:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

10.6 Prokázání splnění kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.

10.7 Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci.

Povinnost podle výše uvedeného účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že

- a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
- b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
- c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

V případě, že dodavatel nesplnil uvedenou povinnost, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

10.8 Lhůta pro prokázání splnění kvalifikace

Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

10.9 Forma dokladů

Dodavatel předloží prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy. Doklady prokazující splnění kvalifikace, které jsou v jiném než českém nebo slovenském jazyce, musí být přeloženy do českého jazyka; technický popis a specifikace pro jednotlivé výrobky (technické listy a katalogové listy) s technickými parametry výrobků mohou být předloženy i v anglickém jazyce. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 nesmí být starší 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

11 Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude předložena jako cena nejvýše přípustná a bude členěna:

- na nabídkovou cenu v Kč bez DPH za předmět veřejné zakázky
- sazbu DPH v %
- výši DPH v Kč
- cenu v Kč včetně DPH.

Nabídkovou cenu zpracuje dodavatel **do tabulky v krycím listu nabídky**.

	Cena celkem v Kč bez DPH	Sazba DPH (v %)	Výše DPH (v Kč)	Cena celkem v Kč včetně DPH
Cena angiografického přístroje I				
Cena angiografického přístroje II				
Cena pozáručního FULL servisu obou přístrojů po dobu 8 let				
Celková nabídková cena za realizaci předmětu veřejné zakázky (součet výše uvedených položek, tj. cen přístrojů a ceny pozáručního FULL servisu)				

Nabídkovou cenu uvede dodavatel **současně v návrhu smlouvy**.

Nabídková cena za plnění předmětu veřejné zakázky musí obsahovat veškeré poplatky a nutné náklady dodavatele vzniklé v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky a nezbytné pro plnění předmětu veřejné zakázky.

Cena přístrojů včetně příslušenství zahrnuje veškeré náklady na dopravu, montáž, instalaci, uvedení do provozu, instruktáž obsluhy a záruku za jakost v délce min. 24 měsíců.

Cena pozáručního Full servisu zahrnuje komplexní servis po dobu 8 let po uplynutí záruční doby.

12 Jistota

K zajištění plnění povinností dodavatele zadavatel nepožaduje jistotu.

13 Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek

Zadavatel stanovil, že jednotlivé nabídky budou hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle kritérií uvedených níže:

1. Celková nabídková cena v Kč bez DPH	váha kritéria 80 %
2. Technické parametry angiografického přístroje I	váha kritéria 10 %
3. Technické parametry angiografického přístroje II	váha kritéria 10 %

Nejvýhodnější nabídkou bude ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů, tj. součet bodových ohodnocení získaných v jednotlivých dílčích kritériích vynásobených vahou příslušného kritéria.

1. Kritérium: Nabídková cena celkem v Kč bez DPH

V rámci dílčího hodnotícího kritéria „Nabídková cena celkem v Kč bez DPH“ bude zadavatel hodnotit výši nabídkové ceny za předmět plnění v Kč bez DPH, zpracovanou v souladu s touto zadávací dokumentací.

Způsob hodnocení v rámci dílčího kritéria nabídková cena: Pro číselně vyjádřitelné dílčí kritérium „Nabídková cena celkem v Kč bez DPH“ (tj. ceny přístrojů bez DPH a ceny pozáručního FULL servisu za 8 let bez DPH), pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka takovou bodovou hodnotu, která vznikne násobkem poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce a váhy daného kritéria. Nejvýhodnější nabídkou je v tomto případě nabídka s nejnižší cenou. Výsledné číslo bude zaokrouhleno na 2 desetinná místa.

Vzorec:

$$\text{Počet bodů kritéria} = \frac{\text{nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH}}{\text{nabídková cena hodnocené nabídky v Kč bez DPH}} * 100 * 0,80$$

2. Kritérium: Technické parametry angiografického přístroje I

V rámci dílčího hodnotícího kritéria „Technické parametry angiografického přístroje I“ bude zadavatel hodnotit parametry uvedené níže v tabulce.

Účastník je povinen pro účely hodnocení vyplnit níže uvedené údaje v rámci vyznačených polí v příloze č. 2 **ZD - Technické podmínky**. Neuvedení hodnoty či podmínění hodnoty další podmínkou bude znamenat vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

Hodnocené parametry - podkritéria	Hodnota/ Jednotka	Bodové hodnocení/Váha podkritéria	Způsob hodnocení
Systém umožňující budoucí rozšíření o SW třetích stran	ANO /NE	ANO=20 bodů NE = 0 bodů	Ano je lepší
Modifikovatelné umístění jednotlivých vstupů (HDMI, DVI-I) na obrazovce za pomoci funkce přetažení („Drag and Drop“) u kontrolního vysoce kontrastního medicínského LCD monitoru umístěného v ovladovně (úhlopříčka min. 27", rozlišení min. 2560 x 1440, svítivost bílé při běžném provozu min. 400 cd/m ² , počet možných zobrazovacích vstupů na monitoru min. 8, možnost zobrazení minimálně 4 obrazových vstupů současně)	ANO /NE	ANO=10 bodů NE = 0 bodů	Ano je lepší
Použití dynamického plochého detektoru poslední generace s provozem bez kapalného media	ANO /NE	ANO=30 bodů NE = 0 bodů	Ano je lepší
Systém umožňující uživateli vytváření vlastních návodů pro jednotlivé pracovní postupy k jednotlivým procedurám, které jsou uloženy v přístroji s možností zobrazení na monitoru ve vyšetřovně	ANO /NE	ANO=20 bodů NE = 0 bodů	Ano je lepší
Rychlé ovládání clon intuitivně pomocí tažení prstů na modulu dotykové obrazovky místo pomocí joysticků	ANO /NE	ANO=10 bodů NE = 0 bodů	Ano je lepší
Rozměr desky vyšetřovacího stolu v dlouhé ose	Rozměr v cm	10 %	Delší je lepší

Systém umožňující budoucí rozšíření o SW třetích stran

Metoda přidělování bodových hodnot - ANO/NE.

Číselné vyjádření kritéria se určí podle toho, zda je splněn výše uvedený požadavek. Pokud je požadavek splněn, získá hodnocená nabídka 20 bodů (ANO=20 bodů), pokud není splněn, získá hodnocená nabídka 0 bodů (NE=0 bodů).

Počet bodů podkritéria = ANO = 20 bodů/ NE = 0 bodů

Modifikovatelné umístění jednotlivých vstupů (HDMI, DVI-I) na obrazovce za pomoci funkce přetažení („Drag and Drop“) u kontrolního vysoce kontrastního medicínského LCD monitoru umístěného v ovladovně (úhlopříčka min. 27", rozlišení min. 2560 x 1440, svítivost bílé při běžném provozu min. 400 cd/m², počet možných zobrazovacích vstupů na monitoru min. 8, možnost zobrazení minimálně 4 obrazových vstupů současně)

Metoda přidělování bodových hodnot - ANO/NE.

Číselné vyjádření kritéria se určí podle toho, zda je splněn výše uvedený požadavek. Pokud je požadavek splněn, získá hodnocená nabídka 10 bodů (ANO=10 bodů), pokud není splněn, získá hodnocená nabídka 0 bodů (NE=0 bodů).

Počet bodů podkritéria = ANO = 10 bodů/ NE = 0 bodů

Použití dynamického plochého detektoru poslední generace s provozem bez kapalného media

Metoda přidělování bodových hodnot - ANO/NE.

Číselné vyjádření kritéria se určí podle toho, zda je splněn výše uvedený požadavek. Pokud je požadavek splněn, získá hodnocená nabídka 30 bodů (ANO=30 bodů), pokud není splněn, získá hodnocená nabídka 0 bodů (NE=0 bodů).

Počet bodů podkritéria = ANO = 30 bodů/ NE = 0 bodů

Systém umožňující uživateli vytváření vlastních návodů pro jednotlivé pracovní postupy k jednotlivým procedurám, které jsou uloženy v přístroji s možností zobrazení na monitoru ve vyšetřovně

Metoda přidělování bodových hodnot - ANO/NE.

Číselné vyjádření kritéria se určí podle toho, zda je splněn výše uvedený požadavek. Pokud je požadavek splněn, získá hodnocená nabídka 20 bodů (ANO=20 bodů), pokud není splněn, získá hodnocená nabídka 0 bodů (NE=0 bodů).

Počet bodů podkritéria = ANO = 20 bodů/ NE = 0 bodů

Rychlé ovládání clon intuitivně pomocí tažení prstů na modulu dotykové obrazovky místo pomocí joysticků

Metoda přidělování bodových hodnot - ANO/NE.

Číselné vyjádření kritéria se určí podle toho, zda je splněn výše uvedený požadavek. Pokud je požadavek splněn, získá hodnocená nabídka 10 bodů (ANO=10 bodů), pokud není splněn, získá hodnocená nabídka 0 bodů (NE=0 bodů).

Počet bodů podkritéria = ANO = 10 bodů/ NE = 0 bodů

Rozměr desky vyšetřovacího stolu v dlouhé ose

$$\text{Počet bodů podkritéria} = \frac{\text{Hodnota hodnocené nabídky}}{\text{Hodnota nejvhodnější nabídky}} * 100 * 0,10$$

Celkový počet bodů kritéria Technické parametry angiografického přístroje I je dán součtem bodů všech podkritérií vynásobený vahou daného kritéria (10 %). Výsledné číslo bude zaokrouhleno na 2 desetinná místa.

3. Kritérium: Technické parametry angiografického přístroje II

V rámci dílčího hodnotícího kritéria „Technické parametry angiografického přístroje II“ bude zadavatel hodnotit parametry uvedené níže v tabulce.

Účastník je povinen pro účely hodnocení vyplnit níže uvedené údaje v rámci vyznačených polí v příloze č. 2 ZD - Technické podmínky. Neuvedení hodnoty či podmínění hodnoty další podmínkou bude znamenat vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

Hodnocené parametry - podkritéria	Hodnota/ Jednotka	Bodové hodnocení/Váha podkritéria	Způsob hodnocení
Systém umožňující budoucí rozšíření o SW třetích stran	ANO /NE	ANO=20 bodů NE = 0 bodů	Ano je lepší
Modifikovatelné umístění jednotlivých vstupů (HDMI, DVI-I) na obrazovce za pomoci funkce přetažení („Drag and Drop“) u kontrolního vysoce kontrastního medicínského LCD monitoru umístěného v ovladovně (úhlopříčka min. 27", rozlišení min. 2560 x 1440, svítivost bílé při běžném provozu min. 400 cd/m ² , počet možných zobrazovacích vstupů na monitoru min. 8, možnost zobrazení minimálně 4 obrazových vstupů současně)	ANO /NE	ANO=10 bodů NE = 0 bodů	Ano je lepší
Použití dynamického plochého detektoru poslední generace s provozem bez kapalného media	ANO /NE	ANO=30 bodů NE = 0 bodů	Ano je lepší
Systém umožňující uživateli vytváření vlastních návodů pro jednotlivé pracovní postupy k jednotlivým procedurám, které jsou uloženy v přístroji s možností zobrazení na monitoru ve vyšetřovně	ANO /NE	ANO=20 bodů NE = 0 bodů	Ano je lepší
Rychlé ovládání clon intuitivně pomocí tažení prstů na modulu dotykové obrazovky místo pomocí joysticků	ANO /NE	ANO=10 bodů NE = 0 bodů	Ano je lepší
Rozměr desky vyšetřovacího stolu v dlouhé ose	Rozměr v cm	10 %	Delší je lepší

Systém umožňující budoucí rozšíření o SW třetích stran

Metoda přidělování bodových hodnot - ANO/NE.

Číselné vyjádření kritéria se určí podle toho, zda je splněn výše uvedený požadavek. Pokud je požadavek splněn, získá hodnocená nabídka 20 bodů (ANO=20 bodů), pokud není splněn, získá hodnocená nabídka 0 bodů (NE=0 bodů).

Počet bodů podkritéria = ANO = 20 bodů/ NE = 0 bodů

Modifikovatelné umístění jednotlivých vstupů (HDMI, DVI-I) na obrazovce za pomoci funkce přetažení („Drag and Drop“) u kontrolního vysoce kontrastního medicínského LCD monitoru umístěného v ovladovně (úhlopříčka min. 27", rozlišení min. 2560 x 1440, svítivost bílé při běžném provozu min. 400 cd/m², počet

možných zobrazovacích vstupů na monitoru min. 8, možnost zobrazení minimálně 4 obrazových vstupů současně)

Metoda přidělování bodových hodnot - ANO/NE.

Číselné vyjádření kritéria se určí podle toho, zda je splněn výše uvedený požadavek. Pokud je požadavek splněn, získá hodnocená nabídka 10 bodů (ANO=10 bodů), pokud není splněn, získá hodnocená nabídka 0 bodů (NE=0 bodů).

Počet bodů podkritéria = ANO = 10 bodů/ NE = 0 bodů

Použití dynamického plochého detektoru poslední generace s provozem bez kapalného media

Metoda přidělování bodových hodnot - ANO/NE.

Číselné vyjádření kritéria se určí podle toho, zda je splněn výše uvedený požadavek. Pokud je požadavek splněn, získá hodnocená nabídka 30 bodů (ANO=30 bodů), pokud není splněn, získá hodnocená nabídka 0 bodů (NE=0 bodů).

Počet bodů podkritéria = ANO = 30 bodů/ NE = 0 bodů

Systém umožňující uživateli vytváření vlastních návodů pro jednotlivé pracovní postupy k jednotlivým procedurám, které jsou uloženy v přístroji s možností zobrazení na monitoru ve vyšetřovně

Metoda přidělování bodových hodnot - ANO/NE.

Číselné vyjádření kritéria se určí podle toho, zda je splněn výše uvedený požadavek. Pokud je požadavek splněn, získá hodnocená nabídka 20 bodů (ANO=20 bodů), pokud není splněn, získá hodnocená nabídka 0 bodů (NE=0 bodů).

Počet bodů podkritéria = ANO = 20 bodů/ NE = 0 bodů

Rychlé ovládání clon intuitivně pomocí tažení prstů na modulu dotykové obrazovky místo pomocí joysticků

Metoda přidělování bodových hodnot - ANO/NE.

Číselné vyjádření kritéria se určí podle toho, zda je splněn výše uvedený požadavek. Pokud je požadavek splněn, získá hodnocená nabídka 10 bodů (ANO=10 bodů), pokud není splněn, získá hodnocená nabídka 0 bodů (NE=0 bodů).

Počet bodů podkritéria = ANO = 10 bodů/ NE = 0 bodů

Rozměr desky vyšetřovacího stolu v dlouhé ose

$$\text{Počet bodů podkritéria} = \frac{\text{Hodnota hodnocené nabídky}}{\text{Hodnota nejvhodnější nabídky}} * 100 * 0,10$$

Celkový počet bodů kritéria Technické parametry angiografického přístroje II je dán součtem bodů všech podkritérií vynásobený vahou daného kritéria (10 %). Výsledné číslo bude zaokrouhleno na 2 desetinná místa.

Výběr nejvhodnější nabídky

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho účastníka, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií a jejich podkritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka, která získá při hodnocení způsobem popsaným výše po sečtení všech bodů dosažených za jednotlivá dílčí hodnotící kritéria, tj. „Celková nabídková cena v Kč bez DPH“ a „Technické parametry angiografického přístroje I“ a „Technické parametry angiografického přístroje II“ celkově nejvyšší počet bodů.

14 Další požadavky zadavatele

- 14.1 Účastníci zadávacího řízení sami ponese své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.
- 14.2 Účastníci jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi účastníky zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky.
- 14.3 Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.
- 14.4 Zadavatel může v souladu s ust. § 39 odst. 5 zákona ověřovat věrohodnost údajů, dokladů, vzorků nebo modelů poskytnutých účastníkem a může si je opatřovat také sám.

15 Obchodní, platební a jiné podmínky

- 15.1 Obchodní a platební podmínky jsou podrobně uvedeny v příloženém závazném návrhu smlouvy v příloze této zadávací dokumentace.
- 15.2 Návrh smlouvy, který je součástí této zadávací dokumentace jako její příloha, musí být ze strany dodavatele plně akceptován a doplněn pouze ve vyznačených místech. Na všech určených místech dodavatel doplní návrh smlouvy o příslušné údaje. Ostatní ustanovení návrhu smlouvy nesmí být ze strany dodavatele změněna či doplněna.
- 15.3 Účastník není oprávněn podmínit zadavatelem navrhované obchodní a platební podmínky jinou podmínkou. Podmínění nebo uvedení rozdílných údajů je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
- 15.4 Lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícím.

16 Podmínky pro uzavření smlouvy

- 16.1 Vybraný dodavatel je povinen před podpisem smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy. Doklady prokazující základní způsobilost podle ust. § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
- 16.2 Zadavatel upozorňuje, že bude postupovat dle novelizovaného ust. § 122 odst. 4 zákona a zjistí údaje o skutečném majiteli podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. V případě, že údaje o

skutečném majiteli nebude možné u vybraného zadavatele zjistit, bude zadavatel postupovat dle ust. § 122 odst. 7 písm. a) zákona a vyloučí vybraného dodavatele ze zadávacího řízení.

- 16.3 Je-li vybraný dodavatel zahraniční právnickou osobou, vyzve jej zadavatel dle ust. § 122 odst. 5 zákona k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů. V případě nepředložení požadovaných údajů vybraným dodavatelem jej zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení dle ust. § 122 odst. 7 písm. b) zákona.
- 16.4 Zadavatel upozorňuje, že doklady o splnění kvalifikačních předpokladů bude požadovat po vybraném dodavateli před podpisem smlouvy ve formě elektronických originálů nebo autorizovaně konvertovaných listin. Podrobnosti stanoví výzva konkrétnímu vybranému dodavateli, která bude učiněna po výběru dodavatele.

17 Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje:

- a) právo zrušit zadávací řízení v souladu s § 127 zákona;
- b) právo na poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatele v souladu s ust. § 98 zákona;
- c) právo na změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s ust. § 99 zákona;
- d) právo odpovědi na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace a další informace k veřejné zakázce uveřejňovat na profilu zadavatele;
- e) právo na vysvětlení nabídky v případě nejasností v nabídce účastníka zadávacího řízení;
- f) právo vyloučit ze zadávacího řízení účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené v zadávací dokumentaci;
- g) právo uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístí jako druhý v pořadí, pokud vítězný dodavatel na opakovanou písemnou výzvu zadavatele odmítne poskytnout potřebnou součinnost vedoucí k uzavření smlouvy;
- h) právo zveřejnit podmínky a obsah uzavřených smluvních vztahů. Dodavatel plně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu a případně též smluvních vztahů s touto smlouvou souvisejících.
- i) Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje právo změnit dodavatele v průběhu trvání smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky, jestliže dojde k odstoupení zadavatele od takové smlouvy pro podstatné porušení smlouvy dodavatelem. Zadavatel je v takovém případě oprávněn obrátit se s žádostí o uzavření smlouvy na jiného účastníka. Tímto účastníkem bude dodavatel, který nebyl ze zadávacího řízení vyloučen, splnil veškeré požadavky stanovené zadavatelem a v hodnocení nabídek veřejné zakázky se umístil v pořadí bezprostředně za vybraným dodavatelem. V takovém případě je účastník povinen zadavateli doložit ve lhůtě 30 kalendářních dní od doručení žádosti o uzavření smlouvy dokumenty prokazující, že účastník stále splňuje zadavatelem požadované kvalifikační předpoklady a další podmínky pro plnění předmětu zakázky. Pokud tento dodavatel odmítne uzavřít smlouvu nebo neprokáže splnění kvalifikačních předpokladů či další podmínky pro plnění předmětu zakázky, a to v rozsahu a způsobem stanoveným touto zadávací dokumentací a ve stanovené lhůtě, vyzve zadavatel k uzavření smlouvy účastníka, který se v hodnocení nabídek umístil jako další v pořadí. Tento postup může zadavatel v případě neuzavření smlouvy opakovat, a to až do

oslovení posledního účastníka, který se v hodnocení nabídek v rámci tohoto zadávacího řízení umístil jako poslední v pořadí. Smlouva s tímto účastníkem pak bude uzavřena za podmínek, které nabídnul ve své nabídce podané v původním zadávacím řízení.

Účastníkům zadávacího řízení podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem.

Účastníci zadávacího řízení nemají nárok na úhradu nákladů, které jim vznikly v souvislosti s účastí v zadávacím řízení.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 Krycí list nabídky

Příloha č. 2 Technické podmínky

Příloha č. 3 Závazný návrh kupní smlouvy

Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy o provádění pozáručního servisu

Příloha č. 5 Čestné prohlášení ke kvalifikaci

Příloha č. 6 ICT formulář k vyplnění dodavatelem

Příloha č. 7 Protokol o instruktáži zaměstnanců

Příloha č. 8 Informace pro zadavatele

Příloha č. 9 Předávací protokol