



## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

**Název veřejné zakázky:**

**EKG, EKG holter a přístroj na ohřev pacienta**

**Druh zadávacího řízení:** otevřené řízení

**Režim veřejné zakázky:** nadlimitní

**Předmět veřejné zakázky:** dodávky

**Zadavatel:** Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

**Sídlo:** Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

**IČO:** 27520536

V Pardubicích dne 3. 5. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

### Dotaz č. 1

Žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace - část 3.

Požadujete matraci o rozměru 50 x 155 cm s tolerancí +/- 10%. Můžeme nabídnout systém požadovaných parametru s matrací kratší než 139,5 cm (155-10%). Bude zadavatel akceptovat i o něco kratší matraci než 139,5 cm?

### Odpověď

**Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče. Zadavatel upravuje parametr v technické specifikaci: Velikost ohřívací matrace min. 50 x 127 cm.**

**Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 6. 6. 2022 do 09:00 hodin.**

Příloha:

OPRAVA č. 2 Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky, část 3.docx

Oddělení veřejných zakázek

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.