



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Název veřejné zakázky:

Skiagrafický RTG přístroj pro Pardubickou nemocnici

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 5. 5. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotazy

Zadavatel v odpovědi na dotaz č.1z 5.4.2022 vyhověl a proti původnímu zadání umožnil nabídnout místo dvousloupového vyšetřovacího stolu plný stůl bez volného přístupu pod vyšetřovací desku stolu. Vzhledem k odlišné technice snímkování horních končetin (zejména RTG snímků lokte a předloktí) u imobilních pacientů, kdy na rozdíl od dvousloupového stolu nemůže u plného stolu pacient na vozíku zaparkovat s dolními končetinami pod stolem, kolmo k podélné ose stolu, může být odlišný i požadavek na rozsah příčného a podélného posunu plovoucí desky vyšetřovacího stolu.

Dotaz č. 1

Může zadavatel upřesnit minimální technické požadavky na rozsah příčného posunu plovoucí desky vyšetřovacího stolu, když došlo k tak významné změně v konfiguraci přístroje? V praxi bývá jako minimální rozsah příčného pohybu plovoucí desky plného stolu z výše uvedených důvodů alespoň 30 cm (imobilní pacient sedí na vozíku před vyšetřovacím stolem).

Bude zadavatel s přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem požadovat parametr „Rozsah příčného pohybu min. 30 cm (tzn. 15 cm v každém směru)“?

Odpověď

Zadavatel nebude požadovat účastníkem navrhovaný parametr „Rozsah příčného pohybu min. 30 cm (tzn. 15 cm v každém směru)“. Zadavatel však nadále požaduje „rozsah příčného pohybu min. 20 cm“ tak, jak je uvedeno v příloze č. 2 zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2

Může zadavatel upřesnit minimální technické požadavky na rozsah podélného posunu plovoucí desky vyšetřovacího stolu, když došlo k tak významné změně v konfiguraci přístroje? V praxi



bývá jako minimální rozsah podélného pohybu plovoucí desky plného stolu z výše uvedených důvodů alespoň 60 cm (imobilní pacient sedí na vozíku vedle vyšetřovacího stolu a plovoucí deska stolu je vysunuta nad jeho kolena, aby si mohl horní končetinu položit na detektor ležící na vysunuté části stolu).

Bude zadavatel s přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem požadovat parametr „Rozsah podélného pohybu min. 120 cm (tzn. 60 cm v každém směru)“?

Odpověď

Zadavatel nebude požadovat účastníkem navrhovaný parametr „Rozsah podélného pohybu min. 120 cm (tzn. 60 cm v každém směru)“. Zadavatel však nadále požaduje „rozsah podélného pohybu min. 70 cm“ tak, jak je uvedeno v příloze č. 2 zadávací dokumentace.

Dotaz č. 3

Mohl by zadavatel upřesnit minimální požadovaný rozsah motorizovaného pohybu stropního závěsu ve svislé ose? Vzhledem k obvyklé tělesné výšce pacientů bývá za minimální dostačující rozsah pohybu stropního závěsu zpravidla považováno 170 cm.

V odpovědi č.3 z 28.4.2022 vyplývá, že parametry vertikálního pohybu stropního závěsu jsou stanoveny v příloze č.2 Zadávací dokumentace, ale tento důležitý parametr zde chybí.

Bude zadavatel požadovat parametr „Rozsah motorizovaného pohybu stropního závěsu ve svislé ose minimálně 170 cm“?

Odpověď

Zadavatel nebude požadovat uchazečem navrhovaný parametr „Rozsah motorizovaného pohybu stropního závěsu ve svislé ose minimálně 170 cm“, nadále však zadavatel požaduje veškeré stanovené technické parametry uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace.