



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Název veřejné zakázky:

Obnova lůžkových ramp a stativů na kardiologii Pardubické nemocnice

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 10. 5. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotazy

V souvislosti se zveřejněnou zadávací dokumentací a vysvětlením ZD k veřejné zakázce s názvem „NPK, a.s. - Obnova lůžkových ramp a stativů na kardiologii Pardubické nemocnice“ (dále jen „Výzva“) si Vás dovoluujeme požádat o zodpovězení následujících dotazů:

Dotaz č. 1

Pokud nedojde ze strany objednatele k vyklizení některé části staveniště, bude dodavatel v prodlení oproti požadovaným termínům? Tedy pokud z důvodu na straně objednatele nedodá uchazeč zboží ve stanovené lhůtě:

- 4 týdnů na dokončení plnění od výzvy,
- 14 dnů na vlastní realizaci.

Odpověď

Ne, dodavatel nebude v prodlení.

Dotaz č. 2

V ZD je uvedeno, že předpokládaná doba instalace v Pardubické nemocnici je max. 14 kalendářních dnů. Máme chápat tuto dobu jako limitní pro celý rozsah plnění, nebo je možné tuto dobu prodloužit až na 4 týdny, aby nebyla porušena první podmínka?

Odpověď

Ano, dodavatel bude mít max. 14 kalendářních dní na demontáž stávajících zařízení a instalaci nových zařízení ve 2. NP a dalších 14 kalendářních dní na demontáž stávajících zařízení a instalaci nových zařízení ve 3. NP.

Dotaz č. 3

V pol. č. 17 výkazu výměr je uvedena D+M signalizace klinická MGA 3 pro max. 6 plynů. Může zadavatel potvrdit, že se ve smyslu zásad pro zadávání veřejných zakázek jedná pouze o referenční výrobek a uchazeči je dovoleno nabídnout klinickou signalizaci, která má jiný název, ale plní stejnou funkci?

Odpověď

Ano, zadavatel potvrzuje, že se jedná pouze o referenční výrobek a umožní nabídnout klinickou signalizaci, která má jiný název, ale plní stejnou funkci.

Dotaz č. 4

V pol. č. 16 výkazu výměr je uvedena D+M Ventilová skříň pro 3 plyny s integrovanou signalizací. Z naší zkušenosti se lépe osvědčil model samostatné klinické signalizace umístěné v blízkosti zdravotnického personálu (např. na sesterně). Je možné nabídnout ventilovou skříň se samostatnou klinickou signalizací? Vzhledem k faktu, že rozdíl je pouze v umístění signalizace (v případě zájmu může být umístěna i v blízkosti ventilové skříně), nikoli ve funkčnosti, předpokládáme, že vzhledem k zásadám veřejného zadávání by toto umístění nemělo být rozhodujícím kritériem.

Odpověď

Ano, zadavatel umožní nabídnout ventilovou skříň se samostatnou klinickou signalizací.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 13. 6. 2022 do 10:00 hodin.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.