



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12

Název veřejné zakázky:

Infuzní technika

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 13. 5. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Ze zadávací dokumentace, konkrétně v Příloze č. 2 ZD – Technické podmínky pro VARIANTU B, požaduje zadavatel v bodě A) u položky „Infuzní pumpa – 126 ks“ a „Lineární dávkovač – 250 ks“ výpočet rychlosti dávky g, mg, µg, ng, U, kU, mEq, kcal, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta/čase. Uchazeč nabízí u svých nabízených přístrojů výpočet rychlosti dávky g, mg, µg, ng, U, mU, mEq, kcal, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta/čase.

Bude zadavatel akceptovat dodavatelem nabízený přístroj/řešení?

Odpověď

Zadavatel upravuje technický parametr následovně:

Výpočet rychlosti dávky g, mg, µg, ng, U, mEq, kcal, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta/čase

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 13. 6. 2022 do 10:00 hodin.

Příloha:

OPRAVA_Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky pro VARIANTU B.docx

Oddělení veřejných zakázek

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.