



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	Skioskopicko skiagrafický RTG přístroj
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO:	27520536
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, předseda představenstva Ing. Hynek Rais, MHA, místopředseda představenstva

V Praze dne 16.05.2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98, resp. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Na základě prohlídky místa plnění si dovoluujeme požádat o revizní zprávu stávajícího elektrického přívodu do původního technologického rozvaděče ve vyšetřovně a o projektovou dokumentaci k podlaze a stropu místnosti, kde mám být technologie umístěná.

Odpověď:

Zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci o revizní zprávu a projektovou dokumentaci.

Dotaz č. 2

„RTG primární automatická a manuální čtvercová clona se světelným znázorněním nastaveného pole technologií LED v závislosti na zvoleném formátu detektoru, laserový lokalizátor, **tři přídavné filtry ekvivalent (o velikosti min. 0,2 mm Cu)**, s motorickým manuálním i automatickým nastavením podle orgánové automatiky a minimálně 3 polopropustné klínové otočné filtry pro skioskopická vyšetření, **digitální zobrazení** rozměrů pole vyclonění, **Al + Cu filtrace** a SID“

Rozumíme správně, že když zadavatel požaduje tři přídavné filtry ekvivalent (o velikosti min. 0,2 mm Cu) tak zadavatel akceptuje digitální zobrazení ekvivalentu, tedy ne jenom Al + Cu filtraci, ale také jenom Cu (v případě, že uchazeč nabízí tři přídavné filtry Cu)?



Odpověď:

Zadavatel bude navrhované řešení uchazeče akceptovat.

Dotaz č. 3

A) Technické požadavky

Plochý speciální medicínský vysocekontrastní LCD monitor (LIVE + Referenční obraz) s úhlopříčkou min 19" (rozlišení min. 1,2 Mpix, max. svítivost min. 260 cd/m², **kontrast min. 1000:1**, neprokládané řádkování, obnovovací frekvence min. 70 Hz) – min. 1 ks v ovladovně a min. 1 ks ve vyšetřovně

B) Kvalitativní kritéria

„plochý speciální medicínský vysocekontrastní LCD monitor (pro LIVE + Referenční obraz) s úhlopříčkou min 19" (rozlišení min. 1,2 Mpix, max. svítivost min. 260 cd/m², **kontrast min. 900:1**, neprokládané řádkování, obnovovací frekvence min. 70 Hz) na pojízdném vozíku ve vyšetřovně “

Domníváme se, že se jedná o administrativní chybu, kde na jednom místě je uvedený kontrast 1000:1 a na druhém 900:1. Rozumíme správně, že zadavatel požaduje u medicínských monitorů umístěných na vozíku a ve vyšetřovně kontrast min. 900:1?

Odpověď:

Zadavatel potvrzuje, že požadavek „kontrast min. 900:1“ je platný pro oba monitory.

Dotaz č. 4

„Ochrana proti záření umístěná na rentgence, vyšetřovacím stole a stropním pojízdném závěsu“

Domníváme se, že se jedná o administrativní omyl a zadavatel požaduje ochranu proti záření umístěnou na rentgence, která je součástí sklopné stěny a nejedná se o rentgenku na stropním závěsu. Zmíněná ochrana včetně ochrany proti záření na stole se používají při skiaskopických vyšetřeních a ne u skiagrafických (rentgenka na stropním závěsu). Rozumíme správně, že zadavatel požaduje ochranu proti záření na rentgence skiaskopicko-skiagrafické sklopné stěně?

Odpověď:

Nejedná se o administrativní omyl. Požadavek zadavatele je uveden správně.

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

ZADAVATEL TÍMTO VYSVĚTLENÍM PRODLOUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK. KONEC LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK JE NOVĚ STANOVEN NA 8. 7. 2022 NA 10:00.



Přílohy:

Příloha č. 4 ZD - Technické podmínky OPRAVA DLE Vysvětlení ZD č. 3

Příloha č. 9 ZD - Zpráva o revizi el. zařízení

Příloha č. 10 ZD - Půdorys 2.NP X akt

Příloha č. 11 ZD - SO 04 BLOK B řez F_4_18

Příloha č. 12 ZD - Schéma CHN 2.NP stáv. stav srpen 2008

Příloha č. 13 ZD - Technická zpráva z03-2013

.....
Ing. Jaroslava Čížková

Oddělení veřejných zakázek

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.