



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

Dodávka lůžkového vybavení a aktivních antidekubitních matrací, část 1 a 3

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 16. 5. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotazy k části 1 s názvem Lůžkové vybavení

Níže Vám zasíláme dodatečné dotazy k VZ "Dodávka lůžkového vybavení a aktivních antidekubitních matrací".

Dotaz č. 1 - Lůžko pro intenzivní péči 1 (7ks)

Parametr - funkce pro minimalizaci rizika pádu pacienta z nezabrzděného lůžka, automatická brzda

Může uchazeč zadavateli nabídnout funkci pro minimalizaci rizika pádu pacienta z nezabrzděného lůžka v podobě alarmu nezabrzděného lůžka?

Zadavateli nabízíme stejnou funkci v jiném technickém řešení. Základem "parametrem" je bezpečnost pacienta na lůžku, kterou tím bezpochyby splňujeme.

Odpověď

Ano, zadavatel bude akceptovat nabízené řešení účastníka.

Dotaz č. 2 - Lůžko pro intenzivní péči 2 (36ks)

Parametr - funkce pro minimalizaci rizika pádu pacienta z nezabrzděného lůžka, automatická brzda

Může uchazeč zadavateli nabídnout funkci pro minimalizaci rizika pádu pacienta z nezabrzděného lůžka v podobě alarmu nezabrzděného lůžka?



Zadavateli nabízíme stejnou funkci v jiném technickém řešení. Základem "parametrem" je bezpečnost pacienta na lůžku, kterou tím bezpochyby splňujeme.

Odpověď

Ano, zadavatel bude akceptovat nabízené řešení účastníka.

Dotaz č. 3 - Lůžko pro intenzivní péči 3 (3ks)

Parametr - automatická brzda (lůžko se zabrzdí po připojení do el. Sítě)

Může uchazeč zadavateli nabídnout funkci pro minimalizaci rizika pádu pacienta z nezabrzděného lůžka v podobě alarmu nezabrzděného lůžka?

Zadavateli nabízíme stejnou funkci v jiném technickém řešení. Základem "parametrem" je bezpečnost pacienta na lůžku, kterou tím bezpochyby splňujeme.

Odpověď

Ano, zadavatel bude akceptovat nabízené řešení účastníka.

Dotaz č. 4 - Lůžko pro intenzivní péči 3 (3ks)

Parametr - prodloužení lůžka min. o 20 cm

Má zadavatel na mysli prodloužení lůžka min. o 20 cm pomocí elektromotoru, tak jako tomu je v předchozích lůžkách pro intenzivní péči 2 a 3?

Odpověď

Ano – zadavatel upřesňuje parametr na „prodloužení lůžka min. o 20 cm pomocí elektromotoru“.

Dotazy k části 3 s názvem Stretchery

Zadavatel požaduje:

Dotaz č. 1

- Polohování zádového dílu v rozsahu min. 0 – 87° pomocí plynové pružiny

Takto požadovaný sklon zádové části reálně nelze využít. Bude zadavatel akceptovat zdvih zádové části 0 - 70° pomocí plynové pružiny?

Odpověď



Ne, zadavatel nebude akceptovat nabízené řešení.

Odůvodnění: Sklon min. 87° je nutný při neinvazivní ventilaci pacienta v přímém sedu a při ošetření pacienta krvácejícího z nosu.

Dotaz č. 2

- Řídící 5. kolečko

Bude zadavatel akceptovat řešení, kdy je pomocí nožní páky (které jsou ze všech stran u všech koleček) možné zablokovat jedno pojezdové kolečko pro udržení přímého směru jízdy? Není tedy nutné další řídící 5.kolečko.

Odpověď

Ne, zadavatel nebude akceptovat nabízené řešení.

Odůvodnění: Řídící 5. kolečko je potřebné pro manipulaci v nerovném terénu a přes překážky (venkovní prostory).

Dotaz č. 3

- Sklopná tlačná madla u hlavy

Bude zadavatel akceptovat pevná tlačná madla, která garantují plnou funkčnost po celou dobu životnosti lůžka? Zároveň nijak nebrání při jakékoliv manipulaci s pacientem.

Odpověď

Ne, zadavatel nebude akceptovat nabízené řešení.

Odůvodnění: Sklopná madla u hlavy jsou nezbytná při manipulaci s pacientem, při intubaci, resuscitaci apod.

Zároveň ale zadavatel zpřesňuje uvedený parametr na "Sklopná tlačná madla u hlavy a tlačná madla u nohou".

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 17. 6. 2022 do 10:00 hodin.

Přílohy:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky, část 1_OPRAVA DLE VZD 1.docx

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky, část 3_OPRAVA DLE VZD 1.docx

Ing. Jaroslava Čížková
Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.