



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
(dále jen také „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky: Odsávačky, nebulizátory a ohřívače infuzí
Název části veřejné zakázky: Část 3 Ohřívače infuzí
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 27520536

V Pardubicích dne 18. 5. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

V rámci uveřejněné veřejné zakázky "Odsávačky, nebulizátory a ohřívače infuzí — část 3 — Ohřívače infuzí" zadavatel v Příloze č. 2 — Technické podmínky pro část 3 požaduje „ohřev infuzí s možností nastavení teploty dle vlastní potřeby v rozsahu min. 37°C až 41°C“

Přístroj dodávaný naší společností (a používaný i v rámci nemocnic Pardubického kraje) má pevně nastavenou teplotu recirkulující kapaliny na 42°C, aktuální teplota tohoto roztoku je zobrazena na displeji. Prostřednictvím recirkulující kapaliny je infuze v setu ohřívána na normotermickou hodnotu (36°C — 41°C), přesná hodnota je závislá na vstupní teplotě roztoku a rychlosti podávání.

Dotaz: akceptuje zadavatel nabídku na ohřev infuzí s pevně nastavenou teplotou recirkulující kapaliny?

Odpověď

Zadavatel akceptuje ohřev infuzí s pevně nastavenou teplotou recirkulující kapaliny.

Dotaz č. 2

Žádáme Vás o vysvětlení zadávací dokumentace pro část 3 Ohřívače infuzí. V technických podmínkách je uvedeno:

- Kapacita zásobníku recirkulující tekutiny min. 1,4 l

Různí výrobci používají k dosažení stejného medicínského účelu a použití různých technologií. Tazatelem



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

nabízené přístroje na ohřev krve a infuzí disponují vyspělejší a zároveň jednodušší technologií bez nutnosti recirkulující tekutiny, což vede ke snazší manipulaci a údržbě přístroje.

Dotaz č. 1: Bude zadavatel akceptovat nabídku na přístroje bez zásobníku recirkulující tekutiny?

Odpověď

Zadavatel akceptuje konstrukční řešení bez zásobníku a recirkulující tekutiny.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek pro všechny části veřejné zakázky do 20. 6. 2022 do 10:00 hodin.

Příloha: OPRAVA 1_Příloha č. 2 ZD – Technické podmínky, část 3

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.