



## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

### Název veřejné zakázky:

**Dodávka lůžkového vybavení a aktivních antidekubitních matrací, část 2 a 4**

**Druh zadávacího řízení:** otevřené řízení

**Režim veřejné zakázky:** nadlimitní

**Předmět veřejné zakázky:** dodávky

**Zadavatel:** Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

**Sídlo:** Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

**IČO:** 27520536

V Pardubicích dne 19. 5. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

### Dotazy k části 2 s názvem Aktivní matrace

Rád bych požádal o vyjádření zadavatele k následujícím dotazům v části 2 VZ:

#### Dotaz č. 1

Požadavek: CPR – rychlé vypouštění matrace v případě resuscitace, otočný ventil pro bleskurychlé vypouštění matrace do 15 sec

Dotaz: umožní zadavatel řešení pomocí odpojitelného konektoru, přičemž požadavek zadání bude zachován?

#### Odpověď

**Zadavatel umožňuje řešit nouzové vypuštění systému (zejména v případě CPR) pomocí odpojitelného konektoru za podmínky, že tímto řešením dojde k úplnému vypuštění všech cel a systémů matrace v požadovaném čase do 15 sekund.**

#### Dotaz č. 2

Požadavek: možnost odpojení cel pod patami

Dotaz: umožní zadavatel jiné technické řešení, tak aby zůstalo zachováno odlehčení pat kvůli snížení tlaku na pokožku?

#### Odpověď



**Dodavatel nespecifikoval, jakým způsobem jeho produkt docílí stejného efektu, který je požadován v zadávací dokumentaci. Cílem je dosáhnout nulového tlaku na problémové místo, čehož se nedá docílit např. zúženými celami nebo jiným obdobným řešením. Zadavatel na požadavku trvá.**

### **Dotaz č. 3**

Požadavek: perforace cel v sakrální části

Dotaz: perforace cel by měla zajišťovat provzdušnění v uvedené části. Toto řešení je na úkor hlučnosti kompresoru, neustálého víření prachu a zvýšené kondenzace. Umožní zadavatel jiné řešení, tak aby byl zachována podstata a výsledek léčby a to použitím nové technologie materiálů a pokročilým automatickým režimem?

### **Odpověď**

**Mikroventilace pomocí perforovaných cel zabraňuje tvorbě vlhkosti pod pacientem a pomáhá odvádět teplo. Tyto vlivy podstatně snižují riziko vzniku proleženin a urychlují jejich léčbu. Zadavatel na požadavku trvá.**

### **Dotaz k části 4 s názvem Sprchovací lehátka**

#### **Dotaz č. 4**

V části č.4 . v technické specifikaci zadavatel mimo jiné uvádí: laterální náklon.

Bude zadavatel na tomto parametru trvat? Může uchazeč nabídnout sprchovací lehátko jen s funkcemi TR/ANTR bez laterálního náklonu?

### **Odpověď**

**Ano, zadavatel bude akceptovat lehátko bez laterálního náklonu jen s funkcí TR/ANTR.**

**Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek celé veřejné zakázky do 20. 6. 2022 do 10:00 hodin.**

Přílohy:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky, část 2 OPRAVA DLE VZD 2

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky, část 4 OPRAVA DLE VZD 2