



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
(dále jen také „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky: Svítidla
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 27520536

V Pardubicích dne 20. 5. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Zadavatel ruší technický parametr u položky Operační svítidlo s 1 zdrojem, viz níže.

Položka veřejné zakázky	Operační svítidlo s 1 zdrojem – 1 ks	
Závazné charakteristiky a požadavky	Splnění požadavku ANO/NE	Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.
možnost nastavení intenzity, nastavení barevné teploty světla a prosvětlení do hloubky i ve sterilním prostředí pomocí resterilizovatelné rukojeti	(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 21. 6. 2022 do 10:00 hodin.

Příloha: OPRAVA 4 Příloha č. 2 ZD – Technické podmínky

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.