



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13

Název veřejné zakázky:

Infuzní technika

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 20. 5. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci, konkrétně v odpovědích na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 13.5.2022 v Opravené Příloze č. 2 ZD – Technické podmínky pro VARIANTU B, popisuje zadavatel v hlavičce položky - Dokovací stanice pro infuzní techniku - 34 ks (6 ks pro Expektace, 2 ks pro crashroom, 12 ks pro ARO a 14 ks pro JIP. Hned níže popisuje zadavatel upřesnění počtu kusů dokovacích stanic pro jednotlivá oddělení odlišně v případě oddělení JIP, a to 16 kusů dokovacích stanic pro 8 přístrojů (JIP) – Je to odlišný údaj než v hlavičce. Zároveň návrh Kupní smlouvy obsahuje údaj o 26 ks dokovacích stanic.

Dodavatel se domnívá, že jde pouze o administrativní chybu, avšak je nutné nyní upřesnit správný počet kusů dokovacích stanic u lůžka, aby mohl dodavatel správně zpracovat cenovou nabídku a jiné podklady k VZ. Mohl by zadavatel uvést tento údaj na pravou míru (počet ks dokovacích stanic, aby bylo možné vypracovat cenovou nabídku?

Odpověď

Zadavatel potvrzuje, že se jedná o administrativní chybu a upřesňuje počty dokovacích stanic:

6 kusů dokovacích stanic pro 4 přístroje (Expektace)

2 kusy dokovacích stanic pro 12 přístrojů (CR)

12 kusů dokovacích stanic pro 12 přístrojů (ARO)

~~16~~ 14 kusů dokovacích stanic pro 8 přístrojů (JIP)

Dotaz č. 2

Na základě vysvětlení ZD č.12 ze dne 13.5.2022 Zadavatel akceptoval dotaz uchazeče na jednotky u infuzní pumpy a lineárního dávkovače a upravil technický parametr následovně: Výpočet rychlosti dávky g, mg, µg, ng, U, mEq, kcal, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta/čase.



Tento parameter však upravil v Opravené Příloze č. 2 ZD – Technické podmínky pro VARIANTU B pouze u infuzní pumpy. Jedná se opět pouze administrativní chybu. Přesto, prosíme o upřesnění/opravu, že je shodný požadavek (Výpočet rychlosti dávky g, mg, µg, ng, U, mEq, kcal, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta/čase) platný i pro lineární dávkovač.

Odpověď

Zadavatel upravuje technický parametr u položky lineární dávkovač – 250 ks následovně:

Výpočet rychlosti dávky g, mg, µg, ng, U, mEq, kcal, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta/čase

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 20. 6. 2022 do 10:00 hodin.

Příloha:

OPRAVA 2_Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky pro VARIANTU B.docx

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.