



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Název veřejné zakázky:

Dodávka lůžkového vybavení a aktivních antidekubitních matrací, část 1

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 27. 5. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Dobrý den, v dokumentu Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky, část 1 OPRAVA DLE VZD 1, požaduje zadavatel u lůžka pro intenzivní péči 3 (3ks Svitavská nemocnice) laterální náklon min. 30° a zároveň funkci automatické laterální rotační terapie. Bude zadavatel akceptovat řešení pomocí aktivní antidekubitní matrace s laterální náklonem 30° s funkcí automatické laterální rotační terapie?

Odpověď

Tazatel nespecifikuje nabídku lůžek, z uvedeného lze předpokládat, že nabízí lůžka bez požadovaného laterálního náklonu a bez funkce automatické laterální rotační terapie. Tyto funkce nahrazuje nabídkou aktivních matrací s laterální náklonem 30° s funkcí automatické laterální rotační terapie. Jedná se tak o jinou variantu, aby byl splněn požadavek zadavatele. V případě nabídek dodavatelů s jednou nebo druhou variantou by mohlo dojít k neporovnatelnosti nabídkových cen.

Z uživatelského hlediska není pro zadavatele nabízené řešení akceptovatelné, neboť oddělení intenzivní péče musí mít možnost střídat aktivní i pasivní matrace dle svých aktuálních potřeb. Nabízené řešení váže lůžko na používání jedné konkrétní matrace, aby byl splněn požadovaný účel.