



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Název veřejné zakázky:

Dodávka lůžkového vybavení a aktivních antidekubitních matrací, část 2 a 4

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 9. 6. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1 k části 4

Zadavatel ve Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 uvádí:

Odpověď na dotaz č.4: Zadavatel bude akceptovat lehátko bez laterálního náklonu jen s funkcí Tr/ANTR

Může zadavatel ujasnit toto rozhodnutí?

Sprchovací lehátka s funkcí TR zvyšují riziko utonutí pacienta, možnost polohovat pacienta směrem hlavou dolů je velmi nebezpečné, život ohrožující.

Zatímco funkce laterálního náklonu pomáhá k lepší hygieně pacienta, jelikož personálu značně usnadňuje otáčení a polohování pacienta.

Personál tedy nemusí při hygieně pacienta vyvíjet tolik síly, která je k polohování těžších pacientů potřeba.

Odpověď

Zadavatel uvádí přesné znění technického parametru v Příloze č. 2 ZD - Technické podmínky, část 4 OPRAVA DLE VZD 2: „elektrické ovládání funkcí Anti-Trendelenburg a laterální náklon nebo s funkcí TR/ANTR bez laterálního náklonu“. Zadavatel netrvá na dodání sprchovacího lehátka s funkcí TR.

Dotaz č. 2 k části 2

Zadavatel v technické specifikace části 2-Aktivní matrace uvádí požadavek:

A. Aktivní antidekubitní matrace 1 - 26 ks i B. Aktivní antidekubitní matrace 2 - 27 ks
-automatické zapnutí funkce podpory sedu, v případě napolohování zádového dílu o $\geq 30^\circ$.



Může zadavatel nabídnout matraci s manuálním nastavením?

Odpověď

Ne, zadavatel nebude akceptovat matraci s manuálním nastavením. Odůvodnění: Automatické zapnutí funkce snižuje zátěž obsluhujícího personálu, který nemusí řešit, zda funkci při změně polohy o ≥ 30 o aktivoval a vylučuje riziko snížené funkce matrace opomenutím aktivace.

Dotaz č. 3 k části 2

Zadavatel v technické specifikace části 2-Aktivní matrace uvádí požadavek:

A. Aktivní antidekubitní matrace 1 - 26 ks i B. Aktivní antidekubitní matrace 2 - 27 ks

-možnost nastavení délky cyklu alternace

Matrace nabízená dodavatelem má "Auto adjusting systém", tedy automatické ideální nastavení matrace

Odpověď

Ne, zadavatel nebude akceptovat matraci bez možnosti nastavení délky cyklu. Odůvodnění: Cykly alterace jsou mnohdy pacienty vnímány negativně, tato funkce umožní zvýšit komfort pacienta, který je při vědomí, nastavením jemu vyhovujících cyklů alterace.