



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14

Název veřejné zakázky:

Infuzní technika

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 16. 6. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci Příloze č. 2 ZD – Technické podmínky pro VARIANTU A, popisuje zadavatel v hlavičce položky - Dokovací stanice pro infuzní techniku - 34 ks (6 ks pro Expektace, 2 ks pro crashroom, 12 ks pro ARO a 14 ks pro JIP). Hned níže popisuje zadavatel upřesnění počtu kusů dokovacích stanic pro jednotlivá oddělení odlišně v případě oddělení JIP, a to 16 kusů dokovacích stanic pro 8 přístrojů (JIP). Prosíme tedy o upřesnění, který údaj platí.

Odpověď

Zadavatel potvrzuje, že se jedná o administrativní chybu a upřesňuje počty dokovacích stanic:

6 kusů dokovacích stanic pro 4 přístroje (Expektace)

2 kusy dokovacích stanic pro 12 přístrojů (CR)

12 kusů dokovacích stanic pro 12 přístrojů (ARO)

~~16~~ 14 kusů dokovacích stanic pro 8 přístrojů (JIP)

Dotaz č. 2

Zákazník má uvedeno v technické specifikaci následující:
Pro 32 ks lineárních dávkovačů bude kabel k síťovému napájení 230 V / 50 Hz
Zákazník zároveň uvádí v technické specifikaci následující pro lineární dávkovače tento požadavek:

Pro 40 ks lineárních dávkovačů bude kabel k síťovému napájení 230 V / 50 Hz
Prosíme o upřesnění, kolik kabelů k síťovému napájení 230 V / 50 Hz síťového je třeba dodat. Ze specifikace není zřejmé, kolik kabelů pro konkrétní typ přístroje zákazník požaduje.

Odpověď

Zadavatel upřesňuje položku u infuzní pumpy „Pro 32 ks infuzních pump bude kabel k síťovému napájení 230 V / 50 Hz“, počet zůstává stejný.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 27. 6. 2022 do 10:00 hodin.

Příloha:

OPRAVA 2_Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky pro VARIANTU A.docx

OPRAVA 3_Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky pro VARIANTU B.docx

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.