



## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

**Název veřejné zakázky:**

**Dodávka lůžkového vybavení a aktivních antidekubitních matrací**

**Druh zadávacího řízení:** otevřené řízení

**Režim veřejné zakázky:** nadlimitní

**Předmět veřejné zakázky:** dodávky

**Zadavatel:** Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

**Sídlo:** Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

**IČO:** 27520536

V Pardubicích dne 17. 6. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

### Dotaz č. 1

**V technické specifikaci pro část 1** je pro Lůžko pro intenzivní péči 1 (7 ks) a Lůžko pro intenzivní péči 2 (36 ks) požadován „Multifunkční ovládací panel oboustranně umístěný na vnější straně postranice“

Dotaz: Jaká nastavení by pomocí tohoto ovládacího panelu měla jít nastavovat/ovládat?

### Odpověď

**Multifunkční ovládací panel by měl umožňovat min. ovládání zdvihu a polohování lůžka, zobrazení a ovládání vážícího systému.**

### Dotaz č. 2

**V technické specifikaci pro část 1** je pro Lůžko pro intenzivní péči 3 (3 ks) požadován „Multifunkční ovládací panel na vnější straně postranice (nastavení výšky lůžka, polohování zádového a nožního dílu, poloha TR/ATR, resuscitační poloha, poloha kardio křesla)“

Dotaz: Jedná se o oboustranně umístěný ovládací panel, tedy panel umístěný z obou stran lůžka?

### Odpověď

**Ano, jedná se o panel umístěný z obou stran lůžka.**

**Lhůta pro podání nabídek zůstává do 19. 7. 2022 do 10:00 hod.**