



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Název veřejné zakázky:

Anesteziologické přístroje, část 1

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 17. 6. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky pro část 1

Zadavatel uvádí požadavek vybavení anesteziologických přístrojů:

„U 10 ks anesteziologických přístrojů je vyžadován režim podporující řízení anestezie na základě hodnot koncentrace O₂ a et koncentrace aplikovaného anestetika (automatické udržení koncentrace O₂ a anestetik na konci výdechu)“ a „monitor celkové hloubky anestezie (pro 5 ks anesteziologických přístrojů pro Pardubickou nemocnici)“

Uchazeč se domnívá, že zadavatel tímto deklaruje záměr pořídit anesteziologické přístroje nejvyšší třídy pro náročné operační výkony z hlediska anestezie pacienta, jenž disponují současně i systémem pro automatické řízení ventilace dle cílových hodnot (etCO₂, VT/BW) s plně automatizovanou zpětnovazební kontrolou. Tuto domněnku uchazeč usuzuje na základě požadavku na použití anesteziologického přístroje v kombinaci s monitorem celkové hloubky anestezie pacienta umožňující mapování farmakokinetiky a dynamiky intravenózních a inhalačních látek a jejich vzájemné interakce včetně 2D modulu vzájemné interakce (hypnotická vs. analgetická). Jelikož zadavatel požaduje celkem 5 ks monitorů celkové hloubky anestezie pacienta, bude zadavatel požadovat min. 5 ks anesteziologických přístrojů nejvyšší třídy? Může uchazeč nabídnout u zbylých min. 8 ks anesteziologických přístrojů minimálně systém podporující řízení anestezie hodnot koncentrace O₂ a et koncentrace aplikovaného anestetika (na základě predikce)?

Je předpoklad uchazeče správný?

Odpověď

Ano, předpoklad uchazeče je správný.



Dotaz č. 2

Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky pro část 1

Zadavatel uvádí požadavek vybavení anesteziologických přístrojů:

„Pozice pro umístění alespoň dvou odpařovačů. Součástí dodávky nejsou odpařovače inhalačních anestetik“ a současně „u 10 ks anesteziologických přístrojů je vyžadováno zobrazení a záznam nastavení odpařovače na displeji ventilátoru, zobrazení typu odpařovače (anestetikum) a signalizace nízké hladiny naplnění (elektronický odpařovač)“

Uchazeč se domnívá, že zadavatel tímto požaduje u všech anesteziologických přístrojů pozice pro plně funkční zařazení minimálně 2 odpařovačů současně do dýchacího systému, přičemž jsou tyto oba zapojené odpařovače otestovány v rámci testu přístroje. Požadované elektronicky řízené odpařovače jsou u většiny výrobců připojitelné pouze k anesteziologickým přístrojům nejvyšší třídy. Může uchazeč nabídnout 5 ks anesteziologických přístrojů s přípravou na 2 elektronicky řízené odpařovače a u zbylých 8 ks anesteziologických přístrojů s přípravou na 2 odpařovače umožňující minimálně zobrazení a záznam nastavení odpařovače na displeji ventilátoru, zobrazení typu odpařovače (anestetikum) a signalizace nízké hladiny naplnění?

Je předpoklad uchazeče správný?

Odpověď

Ano, předpoklad uchazeče je správný.

Dotaz č. 3

Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky pro část 1

Zadavatel uvádí požadavek vybavení anesteziologických přístrojů:

„Nastavení ventilátoru:

- *Nastavení PEEP v rozsahu min. 0–35 cmH₂O*
- *Inspirační tlaky v rozsahu min. 5–80 cm H₂O*
- *Dechový objem v rozsahu min. 20–1500 ml*
- *Dech. frekvence min. 5–100 dechů/min.*
- *FiO₂ v rozsahu min. 21–100 %*
- *Flow trigger v rozsahu min. 0,2–10 L /min.“*

Uchazeč nabízí anesteziologické přístroje s možností nastavení ventilátoru v následujících rozsazích parametru:

- Nastavení PEEP v rozsahu min. 0–35 cmH₂O
- Inspirační tlaky v rozsahu min. 5–70 cm H₂O
- Dechový objem v rozsahu min. 20–1500 ml
- Dech. frekvence min. 5–80 dechů/min.
- FiO₂ v rozsahu min. 21–100 %
- Flow trigger v rozsahu min. 0,3–10 L /min.

Bude Zadavatel považovat toto řešení za splnění požadavku ZD?

Odpověď

Ano, zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče.



Dotaz č. 4

Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky pro část 1

zadavatel uvádí požadavek vybavení anesteziologických přístrojů:

„Bypass flow min. 75 L/min

Uchazeč nabízí anesteziologické přístroje s možností bypass flow min. 35 L/min.

Bude Zadavatel považovat toto řešení za splnění požadavku ZD?

Odpověď

Ano, zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče.

Dotaz č. 5

Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky pro část 1

Zadavatel uvádí požadavek vybavení anesteziologických přístrojů:

„Omezení kondenzace v okruhu (vyhřívaný dýchací systém)“.

Uchazeč nabízí anesteziologické přístroje eliminující kondenzaci vody v dýchacím okruhu pomocí 2 kondenzačních baněk (inspirační i expirační větev) v rámci dýchacího okruhu.

Bude Zadavatel považovat toto řešení za splnění požadavku ZD?

Odpověď

Ano, zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče.

Dotaz č. 6

Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky pro část 1

zadavatel uvádí požadavek vybavení anesteziologických přístrojů:

„U 6 ks je součástí monitor měření hloubky anestezie na základě signálu EEG pomocí technologie BIS nebo metodou entropie (možnost jako i externí přístroj)“

Uchazeč se domnívá, že zadavatel má záměr pořídit pouze 5 ks těchto monitorů měření hloubky anestezie na základě signálu EEG pomocí technologie BIS nebo metodou entropie, jelikož požaduje celkem 5 ks monitoru pro stanovení celkové hloubky anestezie.

Je tento předpoklad uchazeče správný?

Odpověď

Ne, zadavatel požaduje, aby součástí 6 ks anesteziologických přístrojů (5ks pro Pardubickou nemocnici a 1 ks pro Litomyšlskou nemocnici) byl monitor měření hloubky



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

**anestezie na základě signálu EEG pomocí technologie BIS nebo metodou entropie
(možnost jako i externí přístroj).**

**Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 25. 7. 2022 do 11:00 hodin.
Prodloužení lhůty se týká celé veřejné zakázky.**

Příloha:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky, část 1 OPRAVA dle VZD 3 a VZD 4.docx

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.