



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 6

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
(dále jen také „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky: Svítidla
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 27520536

V Pardubicích dne 20. 6. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu a doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Zadavatel mění technický parametr u položky **Operační svítidlo se 2 zdroji**, viz níže.

Původní znění

Položka veřejné zakázky	Operační svítidlo se 2 zdroji – 11 ks	
Závazné charakteristiky a požadavky	Splnění požadavku ANO/NE	Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.
Třetí rameno s náhledovým medicínským monitorem 4K 27"	(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)

Nové znění

Položka veřejné zakázky	Operační svítidlo se 2 zdroji s kamerou, třetí rameno pro náhledový monitor – 11 ks	
Závazné charakteristiky a požadavky	Splnění požadavku ANO/NE	Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.
Třetí rameno s přípravou pro uchycení náhledového medicínského monitoru velikosti 27" – 32", nosnost ramena min. 20 kg, uchycení VESA 100	(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 22. 7. 2022 do 10:00 hodin.

Příloha:

OPRAVA 5 Příloha č. 2 ZD – Technické podmínky

Oddělení veřejných zakázek

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.