



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Název veřejné zakázky:

Dodávka lůžkového vybavení a aktivních antidekubitních matrací

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 23. 6. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Dobrý den, zadavatel v technických podmínkách (Aktivní antidekubitní matrace 1 - 26 ks i Aktivní antidekubitní matrace 2 - 16 ks) uvádí parametry:

-multi zónová matrace se 3 samostatnými zónami (hlava/tělo/paty)

Námi nabízená matrace je inovativní patentované technologie s hybridní vzducho-pěnovou konstrukcí kombinující výhody pasivní a aktivní matraci v jednom.

Matrace je rozdělena do 10 cel=10 zón s extrémně nízkým tlakem v celé ploše (do 30 mmHg) s automatickým vyrovnáním tlaku dle hmotnosti pacienta v dané oblasti.

Díky této konstrukci a takto extrémně nízkému tlaku již není nutné a funkční rozdělení do dalších 3 zón. Je možné nabídnout tuto aktivní hybridní matraci?

-matrace tvořená ze samostatných odnímatelných cel (min. 20 cel)

Námi nabízená matrace je inovativní patentované technologie s hybridní vzducho-pěnovou konstrukcí kombinující výhody pasivní a aktivní matraci v jednom.

Matrace je určena pro nejvyšší možný stupeň ochrany proti dekubitům. Jedním z důležitých parametrů je počáteční provoz například při akutním příjmu bez nutného nafouknutí matrace před položením pacienta na matraci.

Matrace je rozdělena do 10 cel – zón s extrémně nízkým tlakem v celé ploše (do 30 mmHg). Díky této konstrukci a takto extrémně nízkému tlaku není nutné a funkční, aby byla matrace rozdělena do min. 20 cel. Je možné nabídnout tuto aktivní hybridní matraci s 10 celami?

-možnost odpojení cel pod patami

Námi nabízená matrace je inovativní patentované technologie s hybridní vzducho-pěnovou konstrukcí kombinující výhody pasivní a aktivní matraci v jednom.

Matrace je rozdělena do 10 cel – zón s extrémně nízkým tlakem v celé ploše (do 30 mmHg) s automatickým vyrovnáním tlaku dle hmotnosti pacienta v dané oblasti.

Díky této konstrukci a takto extrémně nízkému tlaku již není nutná funkce možnost odpojení cely pod patami.

Je možné nabídnout tuto aktivní hybridní matraci bez možnosti odpojení cel pod patami?

-perforace cel v sakrální části

Díky inovativní konstrukci (viz výše) a takto extrémně nízkému tlaku již není nutná funkce perforace cel v sakrální oblasti. Obecně IV. stupeň dekubitů jsou již otevřené rány a není



vhodné do nich systémem provzdušnění
přivádět možný kontaminovaný vzduch z místnosti.

Je možné nabídnout tuto aktivní hybridní matraci bez perforace cel v sakrální oblasti?

-jednoduché ovládání funkcí kompresoru pomocí jednoho tlačítka

Jedním tlačítkem volím režimy, dalšími tlačítka volím úroveň tlaku, časovač a ztišení alarmu.

Je to takto vyhovující? Toto rozložení tlačítek výrazně zrychlí nastavení a spuštění celého systému, když se nemusím probíkávat celým menu a nastavovat vše pouze jedním tlačítkem.

-snímatelný vrchní potah - paropropustný, voděodolný, antistatický, protiinfekční se zipem ze čtyř stran s ochranou proti znečištění

Námi nabízená matrace má standardně zip pouze ze dvou stran, ale s funkčním krytím matrace ze všech 4 stran.

Je možné nabídnout tuto aktivní hybridní matraci se zipem ze dvou stran?

-výška matrace min. 20 cm

Námi nabízená matrace je inovativní patentované technologie s hybridní vzducho-pěnovou konstrukcí kombinující výhody pasivní a aktivní matraci v jednom,

s extrémně nízkým tlakem v celé ploše (do 30 mmHg). Výška v aktivním stavu je 15 cm.

Díky této konstrukci a takto extrémně nízkému tlaku není opodstatněný požadavek na výšku min. 20 cm.

Je možné nabídnout tuto aktivní hybridní matraci s výškou 15 cm?

Odpověď

Zadavatel nebude akceptovat nabízenou aktivní hybridní matraci a trvá na čistě vzduchové konstrukci aktivní antidekubitní matrace.

Oddělení veřejných zakázek

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.