



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 27520536
Zastoupený: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva
Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva

Název veřejné zakázky: **CT přístroje**
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh veřejné zakázky: dodávky

V Pardubicích dne 24.6.2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadavatel v příloze č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky požaduje pro Multidetektorový CT přístroj pro centrální urgentní příjem (CUP), jež má umožňovat získat min. 256 klinicky hodnotitelných řezů, tyto parametry: „Detekční systém umožňujícím nastavení submilimetrové kolimace minimálně 256 x šířka řezu nebo duální systém minimálně 2 x 128 x šířka řezu“ a „Počet současně skenovaných vrstev v průběhu 360° rotace min. 256“.

Dotaz č.1: Předpokládáme správně, že oba parametry se vztahují hlavně na helikální skenování, ve kterém je dnes na všech pracovištích prováděno min. 90% vyšetření?

Odpověď

Oba parametry uvedené v technické specifikaci jasně definují požadavky na detekční systém CT přístroje, a to bez dalších podmínek.

S ohledem na výše uvedené zadavatel trvá na jasně specifikovaném požadavku ve znění uvedeném v příloze č. 2 ZD – Technické podmínky.

Dotaz č. 2



Zadavatel v příloze č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky požaduje pro Multidetektorový CT přístroj pro RDG oddělení, jež má umožňovat získat min. 256 klinicky hodnotitelných řezů, tyto parametry: „Detekční systém umožňujícím nastavení submilimetrové kolimace minimálně 256 x šířka řezu nebo duální systém minimálně 2 x 192 x šířka řezu“ a „počet současně skenovaných vrstev v průběhu 360° rotace min. 256“.

Dotaz č.2: Pokud zadavatel požaduje získat min. 256 klinicky hodnotitelných řezů, počet současně skenovaných vrstev v průběhu 360° rotace min. 256, nastavení submilimetrové kolimace minimálně 256 x šířka řezu je možné logicky nabídnout u duálních systémů kolimaci 2 x 128 x šířka řezu, tedy stejně jak je požadováno pro první CT Multidetektorový CT přístroj pro centrální urgentní příjem (CUP)?

Odpověď

Parametry uvedené v technické specifikaci jasně definují požadavky na detekční systém CT přístroje, a to i s ohledem na plánované rozdílné klinické využití obou CT přístrojů.

S ohledem na výše uvedené zadavatel trvá na jasně specifikovaném požadavku ve znění uvedeném v příloze č. 2 ZD – Technické podmínky.

Dotaz č. 3

Dotaz č.3: Předpokládáme správně, že výše uvedené počty skenovaných vrstev a kolimace v dotazu č.2 se vztahují logicky na helikální skenování, které je dnes hlavní vyšetřovací metodou, tudíž požadavek na duální systémy je potom správně 2 x 128 , tedy 256 řezů v průběhu 360° rotace ?

Odpověď

Počty skenovaných vrstev a kolimace požadované jasně definují požadavky na detekční systém CT přístroje, a to bez dalších podmínek.

S ohledem na výše uvedené zadavatel trvá na jasně specifikovaném požadavku ve znění uvedeném v příloze č. 2 ZD – Technické podmínky.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 2. 8. 2021 do 10:00 hod.