

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1**Název veřejné zakázky:****Videolaryngoskopy a fibrobronchoskopy****Druh zadávacího řízení:** otevřené řízení**Režim veřejné zakázky:** nadlimitní**Předmět veřejné zakázky:** dodávky**Zadavatel:** Nemocnice Pardubického kraje, a.s.**Sídlo:** Kyjevská 44, 532 03 Pardubice**IČO:** 27520536

V Pardubicích dne 29. 6. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadavatel v zadávací dokumentaci v Příloze č. 2 ZD – Technické podmínky pro část 2 uvádí požadavek: „Úhel rozhledu min. 95°, přímý pohled 0°“
Bude zadavatel akceptovat zorné pole 90° při splnění všech ostatních technických podmínek?

Odpověď**Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče.****Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 1. 8. 2022 do 10:00 hodin.**

Příloha:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky, část 2 OPRAVA dle VZD 1.docx

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.