



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

Aspirátor ultrazvukový chirurgický a skalpel harmonický

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 27520536

V Pardubicích dne 20. 7. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

V technických podmínkách pro část 2 je uvedeno: pracovní teploty do min. 100 °C
dotaz: Může zadavatel vysvětlit tento požadavek?

Odpověď

Zadavatel požaduje, aby přístroj pracoval v určitém rozsahu pracovní teploty, kde hodnota pro tuto maximální teplotu bude 100 °C nebo více.

Dotaz č. 2

V technických podmínkách pro část 2 je uvedeno: Min. 5 ks nástrojů pro otevřené operace
dotaz: Bude zadavatel požadovat pro otevřené operace nůžkové nástroje?

Odpověď

Ano, zadavatel bude požadovat nůžkové nástroje pro otevřené operace.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 8. 8. 2022 do 10:00 hodin.