

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Název veřejné zakázky:

Aspirátor ultrazvukový chirurgický a skalpel harmonický, část 2

Název části veřejné zakázky:

Skalpel harmonický

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 27. 7. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz

na základě § 98 zákona č. 134/2016, zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen

ZZVZ) a v návaznosti na vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Aspirátor ultrazvukový chirurgický a skalpel harmonický“, vyhlášené zadavatelem: Nemocnice Pardubického kraje a.s., se sídlem Kyjevská 44, 532 04 Pardubice dne: 1. 7. 2022, si Vás dovoluujeme zdvořile požádat o Vysvětlení zadávací dokumentace, konkrétně Vás žádáme o odpověď na následující dotaz:

Zadavatel uvádí v příloze č. 2 Zadávací dokumentace – Technické podmínky pro část 2 mimo jiné: „Min. 5 ks nástrojů pro laparoskopii a Min. 5 ks nástrojů“ pro otevřené operace dále však uvádí „součástí dodávky – Generátor, vozík, nožní pedál, adaptér konektoru pro převodníky, převodník“.

Uchazeči není z uvedeného zcela jasné, zda zadavatel požaduje do nabídky k uvedenému výčtu součástí dodávky též nástroje nebo zda má uchazeč pouze potvrdit, že disponuje minimálně 5 ks nástrojů k otevřeným operacím a 5 ks nástrojů k laparoskopii.

Může zadavatel upřesnit, zda požaduje nástroje jako součást nabídky a v případě, že ano, může dále upřesnit jaký konkrétní počet a typ nástrojů požaduje?

Odpověď

Zadavatel upřesňuje, že požaduje nástroje jako součást nabídky.

Zadavatel požaduje min. 5 ks nástrojů s předním ovládacím úchopem pro laparoskopii o průměru 5 mm a délce min. 35 cm a 5 ks nástrojů pro otevřené operace s předním ovládacím úchopem o průměru v maximálním rozmezí 9,5-13,5 mm a délce 20 cm.

Zadavatel ponechává lhůtu pro podání nabídek do 18. 8. 2022 do 10:00 hodin.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.