



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

Elektrochirurgické generátory pro Svitavskou nemocnici

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 1. 8. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz: Elektrochirurgický generátor včetně modulu pokročilé bipolární technologie

Dotaz č. 1

Požadavek v ZD: Kompatibilita se stávajícími nástroji ERBE

Dotaz: Pro vyloučení pochybností se chceme dotázat, zda chápeme správně, že je požadavkem myšleno zajištění propojení stávajících nástrojů na pracovišti s elektrochirurgickým generátorem?

Odpověď

Ano, zadavatel požaduje propojení elektrochirurgických generátorů se stávajícími nástroji.

Dotazy: Dodávky spotřebního materiálu

Dotaz č. 2

Požadavek v ZD: kabel k neutrální elektrodě jednorázové, 4m

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat nabídku kabelu s délkou 5m, splňující všechny požadované parametry uvedené v ZD? Jedná se o technicky plnohodnotné řešení, které zajistí personálu lepší manipulaci během operačního výkonu.

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče.



Dotaz č. 3

Požadavek v ZD: Kabel spojovací bipolární k elektrokoagulačním generátorům pro pinzety, bipolární, 4m

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat nabídku kabelu s délkou 5m, splňující všechny požadované parametry uvedené v ZD? Jedná se o technicky plnohodnotné řešení, které zajistí personálu lepší manipulaci během operačního výkonu.

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat navrhané řešení uchazeče.

Dotaz č. 4

Požadavek v ZD: Monopolární elektroda resekcční – balónový typ, diameter 3 mm

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat nabídku elektrody s průměrem 4 mm, splňující všechny požadované parametry uvedené v ZD? Jedná se o technicky plnohodnotné řešení, které zajistí personálu širší rozsah využití během operačních výkonů.

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat navrhané řešení uchazeče.

Dotaz č. 5

Požadavek v ZD: Elektroda vysokofrekvenční, háček, Monopolární elektroda resekcční – balónový typ, Monopolární elektroda resekcční – smyčkový typ, Monopolární elektroda resekcční – jehlový typ

Dotaz: Pro vyloučení pochybností se chceme dotázat, zda chápeme správně, že výše požadované elektrody mají být kompatibilní s položkou Tužka s tlačítky, 30x autokláv, kabel 3 m, nožová el.?

Předem děkuji

Odpověď

Ano, zadavatel požaduje, aby tyto elektrody byly kompatibilní s touto položkou.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 2. 9. 2022 do 10:00 hodin.