

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
(dále také „zákon“ nebo „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky: Ohřev pacienta, ohřev infuzí, kontrastních látek a krve, část 2
Název části veřejné zakázky: Vzduchový systém ohřevu pacienta
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 27520536

V Pardubicích dne 2. 8. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadavatel v části 2. (Vzduchový systém ohřevu pacienta) požaduje varování o vypršení platnosti filtru na obrazovce. U námi nabízeného přístroje je filtr řádně měněný dle daného servisního protokolu bez toho, aby sám přístroj tuto výměnu požadoval. Bude zadavatel akceptovat toto řešení?

Odpověď

Zadavatel akceptuje navrhované řešení uchazeče.

**Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 5. 9. 2022 do 10:00 hodin.
Prodloužení lhůty se týká celé veřejné zakázky.**

Příloha: Příloha č. 2 ZD – Technické podmínky, část 2 OPRAVA DLE VZD 1

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.