

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Název veřejné zakázky:

Aspirátor ultrazvukový chirurgický a skalpel harmonický, část 2

Název části veřejné zakázky:

Skalpel harmonický

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 3. 8. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1 – k části 2 veřejné zakázky

na základě § 98 zákona č. 134/2016, zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ) a v návaznosti na vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „**Aspirátor ultrazvukový chirurgický a skalpel harmonický**“, vyhlášené zadavatelem: **Nemocnice Pardubického kraje a.s., se sídlem Kyjevská 44, 532 04 Pardubice** dne: 1. 7. 2022, si Vás dovoluujeme zdvořile požádat o Vysvětlení zadávací dokumentace, konkrétně Vás žádáme o odpověď na následující dotaz:

1) Zadavatel uvedl ve Vysvětlení ZD č. 1 pro nástroje na otevřené operace požadavek na nástroje s nůžkovým úchopem, ale ve Vysvětlení ZD č. 3 požaduje nástroje s předním ovládacím úchopem. Dále ve Vysvětlení ZD č. 3 uvádí požadavek na nástroje o průměru v maximálním rozmezí 9,5-13,5 mm.

Uchazeči není z uvedeného zcela jasné, zda tedy zadavatel požaduje nástroje pro otevřené operace s nůžkovým úchopem nebo nástroje s předním ovládacím úchopem. Dále se uchazeč domnívá, že nástroje k harmonickému skalpelu se v požadovaném průměru nevyrábí a nejsou tudíž na trhu dostupné. Vzhledem k tomu, že instrumenty/nástroje harmonického skalpelu neobsahují nůž, jejich průměr, ani pro otevřené operace, nedosahuje požadovaných rozměrů. Požadovaný průměr odpovídá nástrojům pro pokročilou bipolární technologii.

Může zadavatel upřesnit, zda požaduje nástroje pro otevřené operace s nůžkovým úchopem nebo nástroje s předním ovládacím úchopem a zároveň upřesnit požadovaný technický parametr, a to průměr nástrojů k harmonickému skalpelu?



Odpověď

Zadavatel upřesňuje požadavky na „min. 5 ks nástrojů pro laparoskopii“ a „min. 5 ks nástrojů pro otevřené operace“ přímo v příloze č. 2 ZD – Technické podmínky, která je přílohou tohoto Vysvětlení ZD.

Dotaz č. 2 - k části 2 veřejné zakázky

Zadavatel uvedl dále ve Vysvětlení ZD č. 3 požadavek na nástroje o délce 20 cm.

Uchazeč může nabídnout nástroje k harmonickému skalpelu pro otevřené operace v délce 23 cm.

Bude zadavatel akceptovat nabídku nástrojů k harmonickému skalpelu pro otevřené operace v délce 23 cm, při zachování medicínského účelu?

Odpověď

Zadavatel upřesňuje požadavky na „min. 5 ks nástrojů pro laparoskopii“ a „min. 5 ks nástrojů pro otevřené operace“ přímo v příloze č. 2 ZD – Technické podmínky, která je přílohou tohoto Vysvětlení ZD.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 5. 9. 2022 do 10:00 hodin.

Příloha:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky, část 2 OPRAVA DLE VZD 4

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.