



## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

**Název veřejné zakázky:**

**Vozíky a stolky pro Pardubickou nemocnici**

**Druh zadávacího řízení:** otevřené řízení

**Režim veřejné zakázky:** nadlimitní

**Předmět veřejné zakázky:** dodávky

**Zadavatel:** Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

**Sídlo:** Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

**IČO:** 27520536

V Pardubicích dne 5. 8. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

### Dotaz č. 1 – k části 1 VZ

Dotaz č.1. - Část 1. Vozík nástrojový

V technické specifikaci je uvedena orientační délka 770 mm + tolerance +/-5%. Prosíme o sdělení, zda můžeme nabídnout vozík s délkou 900 mm. Tato hodnota je o něco vyšší než poskytnutá tolerance, ale vzhledem k tomu, že v specifikaci jsou rozměry uvedeny orientačně, doufáme, že zadavatel nebude mít námitku.

### Odpověď

**Zadavatel upozorňuje, že se nejedná o orientační rozměry, ale je tím myšleno uvedený rozměr včetně tolerance. Ve vysvětlení ZD č. 1 z 3. 8. 2022 bylo znění upřesněno. Zadavatel přesto bude akceptovat nabídnutou délku 900 mm.**

### Dotaz č. 2 – k části 2 VZ

Dotaz č.2. - Část 2 - Vozík instrumentální

Náš instrumentální vozík má plato otočné o 360°s aretací, plato ovšem není snímatelné. Prosíme zadavatele, aby nám umožnil nabídnout instrumentální vozík bez snímatelného plato. Předpokládáme totiž, že po používání proběhne dezinfekce celého vozíku, ne jenom plato.

### Odpověď

**Zadavatel bude akceptovat nabízené řešení uchazeče.**

**Dotaz č. 3 – k části 2 VZ**

Technická specifikace pro část 2

Požadavek: stabilní konstrukce s nohou a čtyřmi rameny

Žádáme zadavatele, aby umožnil nabídnutí instrumentálního vozíku se třemi rameny. Naše vozíky jsou dlouhá léta na trhu a zaručují stejnou stabilitu, jako konkurenční produkty se čtyřmi rameny.

**Odpověď**

**Zadavatel bude akceptovat nabízené řešení uchazeče.**

**Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 7. 9. 2022 do 10:00 hodin.**

Přílohy:

Příloha č. 2 ZD - Technická specifikace pro část 1 OPRAVA DLE VZD 2

Příloha č. 2 ZD - Technická specifikace pro část 2 OPRAVA DLE VZD 2

Oddělení veřejných zakázek  
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.