



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Název veřejné zakázky:

Elektrochirurgické generátory pro Svitavskou nemocnici

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 11. 8. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Bude zadavatel akceptovat max výkon v bipolárním režimu 95W? (při náročných chirurgických operacích se pracuje ve výstupních hodnotách 40-50W max.)

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče.

Dotaz č. 2

U námi nabízeného generátoru lze nastavovat hodnoty v průběhu operace s poslední hodnotou, paměť před vypnutím/zapnutím. Tato funkce nemá vliv na klinický výsledek operovaných pacientů.

Bude zadavatel akceptovat přístroj s 1 poslední pozicí paměti uživatelského nastavení?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče pouze pro elektrochirurgické generátory na zákrovové sálky.

Dotaz č. 3

Bude zadavatel akceptovat teplotu nástroje 65 °C s účinkem na okolní tkáň 1,3mm?



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 12. 9. 2022 do 10:00 hodin.

Příloha:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky, OPRAVA dle VZD 2

Oddělení veřejných zakázek

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.