

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Název veřejné zakázky:

Dodávka zdravotnických lehátek, část 3

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 18. 8. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz ze dne 15. 8. a ze dne 18. 8. 2022

Ve 3. části zadávací dokumentace je uvedený požadavek "Elektricky nastavitelná výška v min. rozsahu 30cm". Budete akceptovat i rozsah 25cm?

Odpověď

Ano, zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 19. 9. 2022 do 10:00 hodin. Prodloužení lhůty se týká celé veřejné zakázky.

Příloha:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky, část 3 OPRAVA DLE VZD 2

Oddělení veřejných zakázek

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.