

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 27520536
Zastoupený: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva
Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva

Název veřejné zakázky: **Analyzátory POCT a tromboelastograf automatický**
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh veřejné zakázky: dodávky

V Pardubicích dne 18. 8. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace**Část 2: Tromboelastograf automatický**

Naše žádost o vysvětlení se týká **vyjasnění technických podmínek**, tzn. požadavků zadavatele na předmět plnění.

Z názvu předmětné veřejné zakázky a souhlasně s tím také z názvu části 2 této veřejné zakázky i obsahu zadávací dokumentace vyplývá, že zadavatel požaduje dodání tromboelastografu **automatického**. Pod pojmem automatický tromboelastograf se všeobecně míní takový, který nevyžaduje ruční dávkování vzorku do měřících kanálů/kyvet, ale přístroj si vzorek distribuuje k měřícím kanálům automaticky sám. Tzn. jedná se o systém **bez nutnosti ručního pipetování** či jiné manipulace s otevřenou zkumavkou krve. Takový analyzátor má mnohé výhody, zejména pak z hlediska personální obslužnosti a urgentnosti reakce personálu na stavy pacientů (automatický systém uvolňuje ruce personálu, který má více času na péči o pacienta), ale také z hlediska bezpečnosti personálu (při manipulaci nedochází k otevření odběrové zkumavky a tedy ke styku vzorku s okolím).

Příložené technické podmínky (*Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky pro část 2*) však požadavek, že se musí jednat o automatický přístroj (tzn. bez ručního pipetování vzorku), výslovně neuvádějí. S přihlédnutím čistě ke specifikacím, uvedeným v dokumentu *Technické podmínky pro část 2*, by vyhověly i přístroje, vyžadující ruční pipetování vzorku (a tím i vyšší nároky na obsluhu, ...).

(Pozn.: požadavek „*Tromboelastometr pro průběh vyšetření nepotřebuje pipetování tekutých reagensů*“ nevylučuje použití systému s nutností ručního pipetování - např. systém s lyofilizovanými reagensy apod.).

Dotaz:

Chápeme tedy správně, že zadavatel požaduje **plně automatický systém**, tj. **bez nutnosti pipetování** či jiné manipulace s otevřenou zkumavkou vzorku, tj. v souladu se zněním zadávací dokumentace a bez ohledu na to, že dokument *Technické podmínky pro část 2* (příloha zadávací dokumentace) tento požadavek dále výslovně neuvádí?

Vzhledem k tomu, že aktuálně jsou na trhu k dispozici jak plně automatické tromboelastografy, tak tromboelastografické systémy vyžadující pipetování, prosíme o jednoznačnější vymezení technických podmínek ve vztahu k výše uvedenému, abychom ve výběrovém řízení nabídli produkt, který je plně v souladu s požadavky zadavatele.

Odpověď:

Zadavatel potvrzuje, a je to zřejmé i ze zadávací dokumentace, že požaduje plně automatický systém bez nutnosti pipetování.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.