

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

Dodávka EKG včetně vozíku

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 23. 8. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje v příloze č. 2 - Technická podmínky

„Syntéza 18-svodového EKG“.

Předpokládáme, že zadavatel bude přístroj EKG používat k nejběžnější 12 svodové analýze.

Běžně se u EKG používá analýza 12 svodového EKG. Námi nabízený přístroj je schopen vytvořit analýzu 12 a 15 svodů EKG. Standardem je analýza 12 svodové EKG.

Budete akceptovat přístroj, který dělá standardní analýzu 12 svodů EKG?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče.

Dotaz č. 2

Zadavatel požaduje v příloze č. 2 – Technické podmínky

„Frekvenční rozsah měření vstupního EKG signálu 0,05 Hz – 250 Hz“

Předpokládáme, že zadavatel požaduje signál s hodnotou 0,05 Hz – 250Hz pro běžné vyhodnocení signálu EKG.

Vyšší harmonické frekvenční spektrum signálu EKG u dospělých jsou přibližně frekvence o 120 Hz u dospělých, v případě signálu u dětí jsou frekvence signálu maximálně 150 Hz. Námi nabízený přístroj má rozsah měření signálu EKG 0,04 Hz – 150 Hz a domníváme se, že tento frekvenční rozsah měření je dostatečný pro plnou kvalitu signálu v klinickém zaznamenávání EKG křivky.

Budete akceptovat přístroj EKG s rozsahem měření vstupního EKG signálu 0,04 Hz – 150 Hz?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče a upravuje požadavek na Frekvenční rozsah měření vstupního EKG signálu v minimálním rozsahu 0,05 Hz – 150 Hz a větším.

Dotaz č. 3

Zadavatel požaduje v příloze č. 2 – Technické podmínky

„Filtr rušení el. sítě 50/60 Hz, svalový filtr 25/35 Hz, filtr driftu 0,25/0,5 Hz“

Předpokládáme, že požadujete přístroj, který má funkci filtru svalového třesu a driftu EKG signálu. Svalový třes je ale mnohdy na jiné frekvenci, než požadujete (25/35 Hz) a drift EKG signálu je mnohdy také v jiné frekvenci než požadovaných 0,25/0,5 Hz.

Námi nabízené technické řešení používá dynamické filtry pro svalový třes a drift EKG křivky, které dělají z EKG záznamu křivky jasně definovanou čistou křivku, která jde plně a hodnotně interpretovat. Filtry, které ovládá náš přístroj jsou ideálním řešením pro záznam EKG křivky.

Budete akceptovat námi nabízené technické řešení?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče.

Dotaz č. 4

Zadavatel požaduje v příloze č. 2 – Technické podmínky

„4 programovatelné uživatelské klávesy pro rychlé funkce“

Předpokládáme, že zadavatel požaduje 4 programovatelné uživatelské klávesy pro rychlé funkce pro jednoduché používání přístroje.

Námi nabízený EKG přístroj má na displeji dynamické klávesy na dotykové obrazovce, které intuitivně navádí obsluhu. Domníváme se, že tyto klávesy zabezpečují jednoduché a rychlé ovládání EKG přístroje.

Budete akceptovat námi nabízené technické řešení?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 26. 9. 2022 do 10:00 hodin.

Příloha:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky OPRAVA dle VZD 1

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.