



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

Operační svítidla

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 31. 8. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadavatel v Příloze č. 2 – technické podmínky požaduje hlavní svítidlo s průměrem světelného pole ve vzdálenosti 1 m nastavitelný min. 175 a max. 410 mm.

Bude Zadavatel akceptovat plynulé nastavení průměru světelného pole ve vzdálenosti 1 m 18-32 cm, které splňuje Zadavatelem požadovaný medicínský účel?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče.

Dotaz č. 2

Zadavatel v Příloze č. 2 – technické podmínky požaduje satelitní svítidlo s průměrem světelného pole ve vzdálenosti 1 m nastavitelný min. 150 a max. 310 mm.

Bude Zadavatel akceptovat plynulé nastavení průměru světelného pole ve vzdálenosti 1 m 18-32 cm, které splňuje Zadavatelem požadovaný medicínský účel?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče.

Dotaz č. 3

Zadavatel v bodě 3 Zadávací dokumentace stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky 1 209 285 Kč bez DPH jako maximální a nepřekročitelnou.



Účastník provedl kalkulaci předmětu VZ a dospěl k závěru, že aktuální tržní situace této hodnotě neodpovídá a s touto stanovenou maximální a nepřekročitelnou hodnotou VZ není schopen předložit nabídku.

Bude Zadavatel akceptovat nabídku, která překročí stanovenou maximální hodnotu veřejné zakázky?

Odpověď

Zadavatel umožní překročení stanovené maximální hodnoty veřejné zakázky a mění maximální hodnotu na předpokládanou.

Zadavatel opravuje v zadávací dokumentaci znění článku 3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je **1 209 285,- Kč bez DPH**.

~~Předpokládaná hodnota veřejné zakázky ve výši **1 209 285,- bez DPH** je hodnotou maximální a nepřekročitelnou. V případě, že účastník nabídne vyšší nabídkovou cenu, bude ze zadávacího řízení vyloučen z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Předpokládaná hodnota byla stanovena dle § 16 zákona.~~

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 3. 10. 2022 do 10:00 hodin.

Příloha:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky OPRAVA dle VZD 1

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.