



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky: **Laboratorní odstředivky**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 27520536

V Pardubicích dne 1. 9. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98, resp. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz

U druhé položky "Laboratorní odstředivka stolní – 1 ks" máte požadavek na kapacitu 4x400 ml, má být tento rotor součástí dodávky? Nebo je to pouze údaj o velikosti centrifugy? V požadavcích je uvedeno, že součástí dodávky bude rotor 4x200 ml. Pokud postačí rotor 4x200 ml, je možné nabídnout centrifugu menší a tudíž levnější?

Dále bychom se chtěli informovat, zda je možné nabídnout centrifugu, u které je snadná výměna rotorů avšak za použití klíče. Možnost výměny bez použití nástrojů umožňuje pouze jeden výrobce, tudíž ostatní jsou v tomto případě vyloučení.

Odpověď

Zadavatel upřesňuje, že bude požadovat rotor 4x200ml, 4x400ml je pouze údaj o velikosti centrifugy, rovněž bude zadavatel akceptovat výměnu rotorů za použití nástrojů.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 3. 10. 2022 do 10:00 hodin. Prodloužení lhůty se týká celé veřejné zakázky.

Přílohy:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky, část 1 OPRAVA DLE VZD 1

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.