

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Název veřejné zakázky:

Dodávka EKG včetně vozíku

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 1. 9. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje v příloze č. 2 - Technická podmínky

„Vnitřní paměť pro uložení minimálně 1000 plnohodnotných záznamů“.

Předpokládáme, že požadovaná paměť pro uložení minimálně 1000 plnohodnotných záznamů má sloužit k uložení záznamů do té doby, než se uložené záznamy následně exportují do SW pro archivaci EKG záznamů.

Přístroj EKG, který nabízíme disponuje obdobným technickým řešením s interním pamětí pro uložení 300 plnohodnotných záznamů EKG do doby, než se záznamy exportují do archivu. Dále dalších minimálně 1000 záznamů lze uložit na flashdisk, EKG přístroj totiž disponuje USB přístupem. Domníváme se, že tato velikost interní paměti je plně dostačující pro několik dní ukládání EKG záznamů, což je pro klinickou praxi dostačující.

Budete akceptovat přístroj s interní pamětí pro min. 300 záznamů?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 4. 10. 2022 do 10:00 hodin.

Příloha:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky OPRAVA dle VZD 2

Oddělení veřejných zakázek

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.