

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

**Název veřejné zakázky:**

**Vozíky a stolky pro Pardubickou nemocnici**

**Druh zadávacího řízení:** otevřené řízení

**Režim veřejné zakázky:** nadlimitní

**Předmět veřejné zakázky:** dodávky

**Zadavatel:** Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

**Sídlo:** Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

**IČO:** 27520536

V Pardubicích dne 5. 9. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

#### Dotaz č. 1 – k části 3 VZ

Prosíme v části 3 - Vozík pracovní - máte vozík se 2 zásuvkami, můžeme nabídnout buď:  
VARIANTA A)

1 x zásuvka velikost M(12cm)

1 x zásuvka velikost L(20cm)

1 x volný prostor

VARIANTA B)

1 x zásuvka velikost M(12cm)

2 x zásuvka velikost L(20cm)

V příloze zasíláme technické nákresy.

Můžete nám prosím upřesnit variantu, kterou budete akceptovat?

#### Odpověď

**Zadavatel na základě dotazu odhalil chybu v technické specifikaci v části 3 veřejné zakázky u položky **Vozík pracovní (3x zásuvka uzamykatelná) – 57 ks.** Oprava technické specifikace je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.**

#### Dotaz č. 2 – k části 7 VZ

Prosíme v části 7 - Vozík resuscitační - máte vozík se 2 zásuvkami, můžeme nabídnout buď:  
VARIANTA A)

1 x zásuvka velikost M(12cm)

1 x zásuvka velikost L(20cm)

1 x volný prostor

VARIANTA B)

1 x zásuvka velikost M(12cm)

2 x zásuvka velikost L(20cm)

V příloze zasíláme technické nákresy.

Můžete nám prosím upřesnit variantu, kterou budete akceptovat?

### **Odpověď**

**Zadavatel na základě dotazu odhalil chybu v technické specifikaci v části 7 veřejné zakázky u položky **Vozík resuscitační – 21 ks**. Oprava technické specifikace je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.**

**Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 10. 10. 2022 do 10:00 hodin. Prodloužení lhůty se týká celé veřejné zakázky.**

Přílohy:

Příloha č. 2 ZD - Technická specifikace pro část 3 OPRAVA DLE VZD 3

Příloha č. 2 ZD - Technická specifikace pro část 7 OPRAVA DLE VZD 3

Oddělení veřejných zakázek  
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.