

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1**

**Zadavatel:** Nemocnice Pardubického kraje, a.s.  
**Sídlo:** Kyjevská 44, 532 03 Pardubice  
**IČO:** 27520536  
**Zastoupený:** MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva  
Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva

**Název veřejné zakázky:** Elektrochirurgické generátory pro Pardubickou nemocnici  
**Druh zadávacího řízení:** otevřené řízení  
**Režim veřejné zakázky:** nadlimitní  
**Druh veřejné zakázky:** dodávky

V Pardubicích dne 7. 9. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

**Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1**

Dobrý den,  
dovolujeme se podat žádost o vysvětlení k části 1 VZ Elektrochirurgické generátory I. typu.  
1. Bude zadavatel akceptovat maximální teplotu branží nástroje po několikanásobné aktivaci kolem 90°C ?

**Odpověď:**

Zadavatel akceptuje navrhované řešení uchazeče.

**Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2**

2. Bude zadavatel akceptovat maximální výkon přístroje pro monopolární koagulaci 120W?  
Předem děkujeme za odpovědi  
S přáním příjemného dne

**Odpověď:**

Zadavatel akceptuje navrhované řešení uchazeče.

**Změna technického parametru**

|                                                                                                                                                |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Maximální teplota branží nástrojů při pokročilé bipolární koagulaci max. 68 °C po jedné a max. <del>86</del> 90 °C po několikanásobné aktivaci | (doplň dodavatel) | (doplň dodavatel) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|

|                                                                                                                     |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Maximální výkon pro monopolární řez min. 300W a Maximální výkon pro monopolární koagulaci min. <del>200W</del> 120W | (doplň dodavatel) | (doplň dodavatel) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|

**Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 10. 10. 2022 do 10:00 hod.**

Příloha:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky - část 1 OPRAVA DLE VZD 1

Oddělení veřejných zakázek  
 Nemocnice Pardubického kraje, a.s.