

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 27520536
Zastoupený: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva
Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva

Název veřejné zakázky: **Analyzátory POCT a tromboelastograf automatický**
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh veřejné zakázky: dodávky

V Pardubicích dne 8. 9. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz

Zadavatel ve své odpovědi na dotaz uvádí, že oproti zadávací dokumentaci požaduje systém bez nutnosti pipetování. Tímto omezil výběr na jediného možného dodavatele. Bude zadavatel akceptovat i nabídku na min. šestikanálový přístroj s možností vyšetření DOAC, který využívá elektronickou přednastavenou pipetu na dávkování vzorku a dále probíhá analýza automaticky?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek celé veřejné zakázky do 10. 10. 2022 do 10:00 hodin.

Příloha:
Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky, část 2 OPRAVA dle VZD 2