



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Název veřejné zakázky:

Operační svítidla

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 9. 9. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadavatel v technické specifikaci pro operační svítidla dvouramenná upravené v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 požaduje:

- Pro hlavní svítidlo – „průměr světelného pole ve vzdálenosti 1m nastavitelný v rozsahu min. 180 – 320mm“
- Pro satelitní svítidlo – „průměr světelného pole ve vzdálenosti 1m nastavitelný v rozsahu min. 180 – 310mm“

Bude zadavatel akceptovat nabídku, kdy pro hlavní i satelitní světlo nabídneme možnost nastavení průměru světelného pole v rozsahu 180 – 300 mm? Tento rozsah hodnot je prakticky totožný s výše uvedenými, odchylka 10 resp. 20mm v praxi nerozeznatelná, přičemž plně pokrývá zadavatelem požadovaný medicínský účel.

Odpověď

Zadavatel požaduje pro hlavní svítidlo průměr světelného pole ve vzdálenosti 1 m nastavitelný v rozsahu 175 - 410 mm. Zadavatel bude rovněž akceptovat plynulé nastavení průměru světelného pole ve vzdálenosti 1 m 18-32 cm. Zadavatel bude také akceptovat průměr světelného pole v rozsahu 180 – 300 mm.

Zadavatel požaduje pro satelitní svítidlo průměr světelného pole ve vzdálenosti 1 m nastavitelný v rozsahu 150 - 310 mm. Zadavatel bude rovněž akceptovat plynulé nastavení průměru světelného pole ve vzdálenosti 1 m 18-32 cm. Zadavatel bude také akceptovat průměr světelného pole v rozsahu 180 – 300 mm.



Dotaz č. 2

Zadavatel v technické specifikaci pro operační svítidla dvouramenná požaduje u hlavního i satelitního svítidla: „světlo s barevnou teplotou min. 3 100 a max. 5 000°K“.

Bude zadavatel akceptovat nabídku, kdy pro hlavní i satelitní svítidlo nabídneme možnost nastavení barevné teploty v nadstandardním rozsahu 3 600° - 5 400°K?

Tento rozsah plně pokrývá požadavky v rámci širokého spektra operačních zákroků a také plně pokrývá zadavatelem požadovaný medicínský účel.

Odpověď

Zadavatel požaduje u hlavního svítidla světlo s barevnou teplotou v rozsahu 3 100° - 5 000°K. Zadavatel bude akceptovat i možnost nastavení barevné teploty v rozsahu 3 600° - 5 400°K.

Zadavatel požaduje u satelitního svítidla světlo s barevnou teplotou v rozsahu 3 100° - 5 000°K. Zadavatel bude akceptovat i možnost nastavení barevné teploty v rozsahu 3 600° - 5 400°K.

Dotaz č. 3

Zadavatel v technické specifikaci pro operační svítidla (1-zdrojová) požaduje: „teplota chromatičnosti nastavitelná v rozmezí min. 3 500° a max. 5 000°K krokově v min. třech krocích“.

Bude zadavatel akceptovat nabídku na operační svítidlo, které nabízí možnost nastavení teploty chromatičnosti v rozmezí 3 800° až 4 800°K krokově ve třech krocích?

Odpověď

Zadavatel požaduje u operačních svítidel jednozdrojových „teplota chromatičnosti nastavitelná v rozmezí min. 3500 a max. 5000 K krokově v min. třech krocích“. Zadavatel bude také akceptovat nabídku na možnost nastavení teploty chromatičnosti v rozmezí 3 800° až 4 800°K krokově ve třech krocích?

Dotaz č. 4

Zadavatel v technické specifikaci pro operační svítidla (1-zdrojová) požaduje: „možnost nastavení intenzity, nastavení barevné teploty světla a prosvětlení do hloubky i ve sterilním prostředí pomocí resterilizovatelné rukojeti“.

Bude zadavatel akceptovat nabídku na operační svítidlo, které nabízí možnost pomocí resterilizovatelné rukojeti ve sterilním poli ovládat nastavení intenzity a velikosti světelného pole? Toto jsou standardní a v praxi nejdůležitější parametry, které si operátor při zákroku upravuje nejčastěji.

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 12. 10. 2022 do 10:00 hodin.

Příloha:

Příloha č. 2 ZD – Technické podmínky OPRAVA dle VZD 2

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.