



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 27520536
Zastoupený: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva
Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva

Název veřejné zakázky: Mrazicí skříně a chladničky na léky
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh veřejné zakázky: dodávky

V Pardubicích dne 14. 9. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

V technických parametrech je požadavek u položky č. 1 Skřín hlubokomrazící -2 ks. minimální čistý objem 390 ltr.

Náš dotaz zní:

Pro technický parametr „minimální čistý objem 390 ltr“

Jelikož námi nabízený box disponuje hrubým vnitřním objemem 436 ltr. a čistým vnitřním objemem 388 ltr., Chtěli bychom se tedy tímto zeptat, jestli je možné nepatrně snížit váš hlavní technický požadavek a místo čistého vnitřního objemu 390 ltr., mít možnost nabídnout minimální čistý vnitřní objem s hodnotou 388 ltr.

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče.

Dotaz č. 2

V technických parametrech je požadavek u položky č. 1 Skřín hlubokomrazící -2 ks minimálně 15 zakladačů a minimálně 252 krabiček.

Náš dotaz zní:

Pro technický parametr „minimálně 15 zakladačů a minimálně 252 krabiček“

Jelikož předpokládáme, že se jedná o 2" krabičky (5 cm) na skladování 1,5 ml -2,0 ml zkumavek, tak námi nabízený box disponuje jinou variantou nerezových skladovacích boxů a to 20 kusů krabiček v každém jednotlivém nerezovém skladovacím boxu a celkovém počtu 12 kusů na celý mrazicí box.

Chtěli bychom se tedy tímto zeptat, jestli je možné nepatrně snížit tento technický požadavek a místo 15 ks zakladačů a a minimálně 252 ks.2^{tl} krabiček, mít možnost nabídnout 12 kusů nerezových zakladačů s maximální kapacitou 240 kusů krabiček ???

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče, „minimálně 12 zakladačů a minimálně 240 krabiček“

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 17. 10. 2022 do 10:00 hodin.

Příloha:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky, OPRAVA dle VZD 2.docx

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.