



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 27520536
Zastoupený: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva
Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva

Název veřejné zakázky: Centrifugy, část 1
Název části veřejné zakázky: Velkokapacitní centrifuga
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh veřejné zakázky: dodávky

V Pardubicích dne 21. 9. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dobrý den,
rádi bychom vás tímto požádali o poskytnutí dodatečných informací a požádali o doplňující informace v části 1- Velkokapacitní centrifuga.
V ZD u specifikace technických parametrů přístroje máte uvedeno:

- napojení do informačního systému OpenLims

Vzhledem k tomu, že neznáme přístup ani znalosti vámi zmíněného informačního systému OpenLims, nejsme jako dodavatelé velkokapacitní centrifugy schopni ani vyčíslit výši nákladů s provedením vlastního napojení na Vašem pracovišti. Z nedávné zkušenosti víme, že služba od firmy poskytující IS nám často přináší problémy s nedodržením nabídkové ceny a termínů... Je tedy pro nás obtížné odpovídat za práci třetí strany na kterou nemáme vliv.

Rádi bychom se tedy zeptali, zda je pro vás přípustné, abychom vlastní napojení velkokapacitní centrifugy do informačního systému při instalaci přístroje neprovedli, ale byli firmě, která OpenLims IS na pracovišti spravuje plně k dispozici a poskytli jim součinnost k uskutečnění napojení v poskytnutí potřebných komunikačních protokolů?

Odpověď:

Zadavatel navrhované řešení uchazeče ohledně informačního systému OpenLims akceptuje.



Změna technického parametru

napojení do informačního systému OpenLims	{doplň dodavatel}	{doplň dodavatel}
--	----------------------	-------------------

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dále se chceme ujistit, že není vyžadováno, aby součástí dodávky velkokapacitní centrifugy byla pc řídicí stanice, která je pro použití software a čtečky nezbytná a tato bude připravena pro instalaci přístroje na pracovišti.

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje, že PC řídicí stanici v technické specifikaci uvedená není, proto ji požadovat v dodávce nebude.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 24. 10. 2022 do 10:00 hod.

Příloha:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky, část 1 - OPRAVA DLE VZD 1

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.