



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

**Zadavatel:** Nemocnice Pardubického kraje, a.s.  
**Sídlo:** Kyjevská 44, 532 03 Pardubice  
**IČO:** 27520536  
**Zastoupený:** MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva  
Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva

**Název veřejné zakázky:** **Mrazící boxy**  
**Druh zadávacího řízení:** otevřené řízení  
**Režim veřejné zakázky:** nadlimitní  
**Druh veřejné zakázky:** dodávky

V Pardubicích dne 21. 9. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

### Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dobrý den,  
rádi bychom vás tímto požádali o poskytnutí dodatečné informace a prosíme o upřesnění.  
V technické specifikaci 2 ks mrazících boxů máte uvedeno:  
• úsporný provoz, průměrná spotřeba maximálně 5,5 Wh/24hod  
Nedošlo v tomto parametru k překlepu a není správně 5,5 kWh/24 hod, prosím?  
Děkujeme za odpověď.

### Odpověď:

Zadavatel opravuje parametr na 5,5 kWh/24h.

### Změna technického parametru

|                                                                                  |                      |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| úsporný provoz, průměrná spotřeba<br>maximálně 5,5 Wh/24hod <b>5,5 kWh/24hod</b> | (doplň<br>dodavatel) | (doplň dodavatel) |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|

**Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 24. 10. 2022 do 10:00 hod.**

Příloha:  
Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky - OPRAVA DLE VZD 1

Oddělení veřejných zakázek  
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.