



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

Sterilizátory do Svitavské a Chrudimské nemocnice

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 22. 9. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci v části 3 - Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je uvedeno, že předpokládaná hodnota pro části 1-4 veřejné zakázky ve výši 8.590.000,- Kč bez DPH je hodnotou maximální a nepřekročitelnou a že v případě, že účastník nabídne vyšší nabídkovou cenu (za jednotlivé části 1-4), bude ze

zadávacího řízení vyloučen z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Uvedená hodnota veřejné zakázky v současné době jednoznačně neodpovídá v součtu ceně požadovaných sterilizátorů v požadované technické specifikaci včetně všech požadovaných parametrů, včetně všeho příslušenství a všech záručních servisních úkonů. Tedy ani není možné podat nabídku. Žádáme zadavatele o posouzení možnosti uvolnění této maximální a nepřekročitelné předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

Odpověď

Zadavatel umožní překročení stanovené maximální hodnoty v části 1 – 4 veřejné zakázky a mění u části 1 – 4 maximální hodnotu na hodnotu předpokládanou.

Zadavatel upravuje v zadávací dokumentaci znění bodu 3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky.

3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je **8 590 000,- Kč bez DPH.**

Předpokládaná hodnota je stanovena součtem předpokládaných hodnot jednotlivých částí.



Předpokládané hodnoty jednotlivých částí veřejné zakázky

Číslo části	Název části veřejné zakázky	Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH
1	Plazmový sterilizátor	1 990 000,-

Předpokládaná hodnota části 1 veřejné zakázky ve výši 1 990 000,- Kč bez DPH je hodnotou maximální a nepřekročitelnou. V případě, že účastník nabídne vyšší nabídkovou cenu, bude ze zadávacího řízení vyloučen z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Předpokládaná hodnota byla stanovena dle § 16 zákona.

Číslo části	Název části veřejné zakázky	Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH
2	Parní sterilizátor pro Chrudimskou nemocnici	3 210 000,-

Předpokládaná hodnota části 2 veřejné zakázky ve výši 3 210 000,- Kč bez DPH je hodnotou maximální a nepřekročitelnou. V případě, že účastník nabídne vyšší nabídkovou cenu, bude ze zadávacího řízení vyloučen z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Předpokládaná hodnota byla stanovena dle § 16 zákona.

Číslo části	Název části veřejné zakázky	Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH
3	Parní sterilizátor pro Svitavskou nemocnici	2 140 000,-

Předpokládaná hodnota části 3 veřejné zakázky ve výši 2 140 000,- Kč bez DPH je hodnotou maximální a nepřekročitelnou. V případě, že účastník nabídne vyšší nabídkovou cenu, bude ze zadávacího řízení vyloučen z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Předpokládaná hodnota byla stanovena dle § 16 zákona.



Číslo části	Název části veřejné zakázky	Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH
4	Formaldehydový sterilizátor	1 250 000,-

~~Předpokládaná hodnota části 4 veřejné zakázky ve výši 1 250 000,- Kč bez DPH je hodnotou maximální a nepřekročitelnou. V případě, že účastník nabídne vyšší nabídkovou cenu, bude ze zadávacího řízení vyloučen z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Předpokládaná hodnota byla stanovena dle § 16 zákona.~~

Dotaz č. 2

V příloze č.2.ZD Technické podmínky pro část 1 uvádíte mimo jiné :

- prokládací dvojdveřové provedení s možností využití jako jednodveřové
- a
- dotykový displej s českým menu

Požaduje zadavatel dotykový displej (zobrazovací panel) , který obsluhu informuje např.o typu,průběhu a výsledku cyklu na obou stranách dvoudveřového (prokládacího) provedení ?

Dále je uvedeno

- SW pro dokumentaci procesů

Odpověď

Zadavatel požaduje dodržet technickou specifikace uvedenou v příloze č. 2 zadávací dokumentace, ale navrhované řešení uchazeče „dotykový displej na obou stranách dvoudveřového provedení“ bude akceptovat.

Dotaz č. 3

Požaduje zadavatel SW kompatibilní se SW dokumentace procesů DP 3.5 CZ ?

Dále je uvedeno

- vybaven nezávislým monitorovacím systémem – měření kritických hodnot sterilizace – tlak, teplota, výkon plazmatu ve sterilizační komoře

Odpověď

Zadavatel požaduje dodržet technickou specifikace uvedenou v příloze č. 2 zadávací dokumentace, ale navrhované řešení uchazeče „SW kompatibilní s SW procesů DP 3.5 CZ“ bude akceptovat.



Dotaz č. 4

Požaduje zadavatel nezávislý monitorovací systém včetně monitorování koncentrace H₂O₂ ve sterilizační komoře v průběhu cyklu ?

Dále je uvedeno :

- zasouvací dveře komory – prostorově nenáročné, možnost použití i jako jednodveřový

Odpověď

Zadavatel požaduje dodržet technickou specifikace uvedenou v příloze č. 2 zadávací dokumentace, ale navrhované řešení uchazeče „nezávislý monitorovací systém včetně monitorování koncentrace H₂O₂ ve sterilizační komoře v průběhu cyklu“ bude akceptovat.

Dotaz č. 5

Není blíže specifikován požadovaný způsob ovládání dveří .Požaduje zadavatel otevírání dveří kromě ovládání přes dotykový displej také nožním pedálem pro volné ruce obsluhy při manipulaci s materiálem ?

Odpověď

Zadavatel požaduje dodržet technickou specifikace uvedenou v příloze č. 2 zadávací dokumentace, ale navrhované řešení uchazeče „ovládání otevírání dveří přes dotykový display a také nožním pedálem pro volné ruce při manipulaci s materiálem“ bude akceptovat.

Dotaz č. 6

V zadávací dokumentaci v části 3 - Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je uvedeno Předpokládaná hodnota části 1 veřejné zakázky ve výši 1 990 000,- Kč bez DPH je hodnotou maximální a nepřekročitelnou. V případě, že účastník nabídne vyšší nabídkovou cenu, bude ze zadávacího řízení vyloučen z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Předpokládaná hodnota byla stanovena dle § 16 zákona.

Uvedená maximální a nepřekročitelná předpokládaná hodnota veřejné zakázky v současné době jednoznačně neodpovídá ceně 1 kusu plazmového sterilizátoru v požadované technické specifikaci včetně všech požadovaných parametrů , včetně všeho příslušenství a všech záručních servisních úkonů. Tedy ani není možné podat nabídku. Žádáme zadavatele o posouzení možnosti uvolnění této maximální a nepřekročitelné předpokládané hodnota veřejné zakázky.

Odpověď

Zadavatel umožní překročení maximální hodnoty části 1 veřejné zakázky, viz odpověď na dotaz č. 1.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Dotaz č. 7

Máme dotaz k příloze č.2 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 3 - Specifikace SW a HW pro archivaci programů, výpisů a dálkového monitoringu - HW pro připojení min 3 ks sterilizátorů a 2 ks myček.

Bude zadavatel akceptovat variantu, kdy je HW a SW rozdělený zvlášť pro myčky a zvlášť pro sterilizátory pro lepší přehlednost a zobrazení na monitoru PC?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 27. 10. 2022 do 10:00 hod.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.