

Specifikace a technické parametry předmětu plnění – souprava jehel k vrtačce pro nitrokostní cévní přístup

účel použití: intraoseální přístup zajišťuje podání léků do cévního řečiště cestou kostní dřeně

požadujeme:

- sterilní set, který tvoří katetr s konektorem Luer-lock, jehla, ochranný box a identifikační pásek
- tloušťka jehly: 15Ga (gauge), nerez ocel 304
- délka jehly:
 - jehla růžová dětská 3-39 kg - délka 15 mm
 - jehla modrá dospělá nad 40 kg - délka 25 mm
 - jehla žlutá dlouhá pro obézní - délka 45 mm
- jehla musí být kompatibilní s EZ-IO G3 intraoseální vrtačkou a s fixátorem intraoseální jehly
- jehla musí být v seznamu ZUM – hrazena zdravotní pojišťovnou a s expirací minimálně 3 roky
- možnost nákupu po kusech

Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou, zejména s platnou verzí zákona o zdravotnických prostředcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu, zejména nařízením vlády o technických požadavcích na zdravotnické prostředky a s platným zákonem o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nabízený spotřební materiál musí být označen značkou shody o technických požadavcích na výrobky a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.

O splnění těchto požadavků učiní dodavatel v nabídce čestné prohlášení. Vybraný dodavatel je povinen před podpisem smlouvy předložit zadavateli doklady o splnění výše uvedených požadavků.