



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 27520536
Zastoupený: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva
Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva

Název veřejné zakázky: Mamograf pro Chrudimskou nemocnici
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh veřejné zakázky: dodávky

V Pardubicích dne 27. 9. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel v technické specifikaci uvádí následující parametr:

„V celém obrazovém zpracování (tzn. Od detektoru až po monitory), musí být dodrženo základní rozlišení detektoru min. 2.800x3.500 /14 bitů a nesmí dojít k omezení obrazových dat.“

Takto požadovaný obrazový řetězec neumíme splnit. Je velký rozdíl v rozlišení detektorů vhodných pro mamografii různých výrobců od 2850x2394/14 bit až po 4728x5228/14 bit. Nechápeme, jak si zadavatel představuje dodržení základního rozlišení, když standardní 5 MPix, které zadavatel požaduje pracují s maticí 2048x2560/14 bit LUT tabulka? Přibližně shodné rozlišení od detektoru po diagnostické monitory dosáhneme teoreticky s 12 MPix monitory, ale ty mají podstatně větší obrazovou plochu a jsou podstatně dražší. Tyto však zadavatel nepožaduje! Toto platí pouze pro vztah detektor a diagnostický monitor, nikoliv však v rámci PACS systému, PACS prohlížeče, stejně tak grafické karty, monitoru ovládací konzole což také patří do zobrazovacího řetězce. A nejsme si jisti, zda ostatní uchazeči na tom nebudou obdobně. Vypustí zadavatel tento parametr z technických podmínek? Požadavek na 1 ks 3 MPix pro ovládací konzoli a 2 ks 5 MPix monitory pro diagnostickou stanici jsou z naší zkušenosti dostačující.

Odpověď:

Zadavatel navrhované řešení uchazeče akceptuje.



Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel v technické specifikaci uvádí následující parametr:

„tři motorizované filtry různých materiálů“

Radiologické standardy uvádějí doporučení na minimálně jednomateriálovou filtraci pro standardní screeningovou mamografii. Sníží zadavatel požadavek na počet filtrů v návaznosti radiologické standardy na dva filtry s tím, že druhý filtr je požadován v rámci tomosyntézy?

Odpověď:

Zadavatel navrhované řešení uchazeče akceptuje.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel v technické specifikaci uvádí následující parametr:

„automatická i manuální kolimace“

Bude zadavatel akceptovat pouze standardní automatickou kolimaci?

Odpověď:

Zadavatel navrhované řešení uchazeče akceptuje.

Změna technického parametru

tři motorizované filtry různých materiálů, nebo dva filtry s tím, že druhý filtr je požadován v rámci tomosyntézy	(doplní dodavatel)	(doplní dodavatel)
Požadujeme automatickou i, nebo manuální kolimaci. Možné řešení je kombinace obou typu kolimací (manuální i automatická).	(doplní dodavatel)	(doplní dodavatel)
v celém obrazovém zpracování (tzn. od detektoru až po monitor) musí být dodrženo základní rozlišení detektoru min. 2.800x3.500 /14 bitů a nesmí dojít k omezení obrazových dat	(doplní dodavatel)	(doplní dodavatel)

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 31. 10. 2022 do 10:00 hod.

Příloha:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky - OPRAVA DLE VZD 1

Oddělení veřejných zakázek

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.