



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 27520536
Zastoupený: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva
Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva

Název veřejné zakázky: Centrifugy
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh veřejné zakázky: dodávky

V Pardubicích dne 27. 9. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dobrý den,

Rádi bychom požádali o vysvětlení technických podmínek u VZ Centrifugy, Část 1 Velkokapacitní centrifuga.

Dotaz č.1:

V rámci technických parametrů je požadováno:

Možnost programování otáček zařízení v rozsahu minimálně 50 až 6 000 otáček za minutu s krokem 10

Možnost programování RCF zařízení v rozsahu minimálně 50 až 6500 otáček za minutu s krokem 1

Důležitějším parametrem pro centrifugaci není počet otáček, ale relativní centrifugační síla RCF.

Rotor s větším poloměrem a s nižšími počty otáček může ve výsledku nabízet větší RCF.

Dotaz: Je pro zadavatele přípustné sloučení parametrů do jednoho, tedy Možnost programování RCF zařízení v rozsahu minimálně 50 až 6500 xg s krokem 1?

Případně akceptovat hranice pro otáčky v rozsahu 300 – 4 700 otáček za minutu pokud bude dodržen rozsah požadované RCF?

Odpověď:

Zadavatel navrhované řešení uchazeče akceptuje.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č.2:

V rámci technických parametrů je požadováno:

Možnost programování minimálně 9 rychlostí rozběhu a minimálně 19 rychlostí brzdění, možnost nastavení speciálních transfuzních programů



V praxi je pro transfuzní aplikace dostačující programování minimálně 9 rychlostí rozběhu a minimálně 9 rychlostí brzdění.

Dotaz: Je pro zadavatele přípustná možnost programování minimálně 9 rychlostí rozběhu a minimálně 9 rychlostí brzdění, možnost nastavení speciálních transfuzních programů?

Odpověď:

Zadavatel navrhované řešení uchazeče akceptuje.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz č. 3:

V rámci technických parametrů je požadováno:

Požadujeme zařízení, které disponuje s rotorem nekrytovaným tzv. bez windshieldu pro snadné čištění a desinfekci centrifugačního prostoru a rychlým přestupem nastavené teploty přímo k vakům a zpracovávanému materiálu.

Na našem trhu jsou na poli centrifug užívaných ke zpracování krevních vaků dvě běžně používané technologie: jednou z nich je vámi popsán klasický výkyvný rotor bez krytu a druhou je technologie využívající windshield, tzn. krytovaný výkyvný rotor, který proti nekrytovanému skýtá řadu technických výhod (v případě 6 ramenného rotoru nižší spotřeba až 60%, nižší vyzářené teplo do místnosti, nižší hluchost). Vymezení pouze jedné používané technologie, tedy nekrytovaný rotor, nám přijde velmi omezující pro účast dalších výrobců zařízení.

Dotaz: Je pro zadavatele přípustné nabídnutí vhodné velkokapacitní chlazené centrifugy, která používá krytovaný rotor?

Děkujeme.

Odpověď:

Zadavatel navrhované řešení uchazeče akceptuje.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Dobrý den,

po prostudování zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky na dodávky Vás žádáme o odpovědi na níže uvedené dotazy.

Dotaz č. 1:

Část 2: Centrifugy – Centrifuga I – 1 ks

Požadavky zadavatele uvedené v Příloze č. 2 ZD – Technické požadavky, kde je mimo jiné uvedeno:

- „napojení do informačního systému OpenLims“.

Dotaz zní: Opravdu zadavatel požaduje napojení do informačního systému OpenLims i u tohoto typu centrifugy?

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje, že na základě dotazu jednoho z uchazečů byl dotaz již zodpovězen a uveřejněn dne 21.9.2022.



Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Dotaz č. 2:

Část 2: Centrifugy – Centrifuga II – 2 ks

Požadavky zadavatele uvedené v Příloze č. 2 ZD – Technické požadavky, kde je mimo jiné uvedeno:

- „napojení do informačního systému OpenLims“.

Dotaz zní: Opravdu zadavatel požaduje napojení do informačního systému OpenLims i u tohoto typu centrifug?

Předem děkujeme za odpovědi na dotazy.

Odpověď:

Zadavatel navrhované řešení akceptovat nebude. U tohoto typu centrifug napojení do systému OpenLims zadavatel požaduje.

Změna technického parametru

Možnost programování otáček zařízení v rozsahu minimálně 50 300 až 6 000 4700 otáček za minutu s krokem 10	(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
Požadujeme zařízení, které disponuje s rotorem nekrytovaným tzv. bez windshieldu pro snadné čištění a desinfekci centrifugačního prostoru a rychlým přestupem nastavené teploty přímo k vakům a zpracovávanému materiálu	(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
U zařízení bude akceptovatelný rotor jak krytovaný, tak nekrytovaný	(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 31. 10. 2022 do 10:00 hod.

Příloha:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky - OPRAVA DLE VZD 3

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.